

Milicz, dnia 09.03.2015 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP1/2015**

WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYKONAWCÓW.

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.**

Zamawiający zawiadamia, że zmienia odpowiedź na pytanie Nr 65 z dnia 06.03.2015 r., o treści:

PYTANIE NR 65: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4:

„Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z końcówką luer-lock” należy uznać za omyłkę oczywistą i Zamawiającemu chodziło o strzykawkę 100ml z końcówką cewnikową oraz dodatkową jedną lub dwoma końcówkami typu LUER, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - tak jak w standardowych strzykawkach tego typu, takich producentów jak Polfa Lublin, Margomed, B/Braun lub innych równoważnych - tak jak w obecnie dostarczanych do MCM.”

Treść odpowiedzi zamawiającego:
jest: **Zapisy zgodnie z SIWZ.**

Winno być:

Zamawiający potwierdza, iż zapis siwz cyt. „z końcówką luer-lock” należy uznać za omyłkę oczywistą, Zamawiającemu chodziło o strzykawkę 100ml z końcówką cewnikową oraz dodatkową jedną lub dwoma końcówkami typu LUER, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Zamawiający zawiadamia, że zmienia odpowiedź na pytanie Nr 120 z dnia 06.03.2015 r., o treści

PYTANIE NR 120: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 41-42:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do znieczulenia podajęczynówkowego o długości 115 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.”

Treść odpowiedzi zamawiającego:
jest: Nie

Winno być:

Tak

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 12.03.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.


PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
jedynka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki