

Milicz, 09.10.2015 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP16/2015

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym” Część II”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: dot. Załącznik Nr 9 do SIWZ, Część Nr 1 - Defibrylator dwufazowy - szt. 1:

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w 5 odprowadzeniowy kabel EKG umożliwiający jednoczesną obserwację (I, II, III, aVR, aVL, aVF i V)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 2: dot. Załącznik Nr 9 do SIWZ, Część Nr 1 - Defibrylator dwufazowy - szt. 1:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru HR min. od 30 do 300 l/min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie możemy dopuścić bo nie znamy tej jednostki pomiarowej HR min. od 30 do 300l /min.

PYTANIE NR 3: dot. Załącznik Nr 9 do SIWZ, Część Nr 1 - Defibrylator dwufazowy - szt. 1:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor bez pomiaru oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 5-120 oddechów/min. z prezentacją krzywej oraz alarmem bezdechu w zakresie 10-40 s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 4: dot. Załącznik Nr 9 do SIWZ, Część Nr 1 - Defibrylator dwufazowy - szt. 1:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po każdym włączeniu urządzenia - urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 5: dot. Załącznik Nr 9 do SIWZ, Część Nr 1 - Defibrylator dwufazowy - szt. 1:

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor o wadze nie przekraczającej 8,9 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 14.10.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.


PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki