

Milicz, 09.10.2015 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP16/2015

#### WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę wyposażenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Utworzenie zakładu opiekuńczo leczniczego dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w Milickim Centrum Medycznym” Część II”.**

*Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

#### **PYTANIE NR 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor o zakresie pomiarowym RESP od 0-120rpm u dorosłych czyli lepszym niż wymagany: 0-100? Zakres wymagany w SIWZ przez Zamawiającego zawiera się w zakresie oferowanym.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści.***

#### **PYTANIE NR 2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości kardiomonitor z opcją automatycznych pomiarów ciśnienia, z możliwością ustawiania przez użytkownika przedziałów czasowych w zakresie 1-480minut, co jest parametrem lepszym, zawierającym w sobie zakres wymagany: od 1 do 240 minut?

Zakresy pomiarowe dla dorosłych:

- Skurczowe: 40~270mmHg,
- Rozkurczowe: 10~215mmHg,
- Średnie: 20~235mmHg,

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści.***

#### **PYTANIE NR 3:**

Dot. § 3 umowy pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby skrócona instrukcja obsługi w formie załaminowanej, o której mowa w niniejszym punkcie, została zastąpiona instrukcją postępowania umieszczoną na ścianie bocznej defibrylatora?

Przewaga takiego rozwiązania polega na tym, że skrócona instrukcja obsługi będzie zawsze dostępną dla osoby obsługującej defibrylator nawet jeżeli urządzenie będzie przeniesione w inne miejsce niż standardowe miejsce umieszczenia defibrylatora.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści.***

#### **PYTANIE NR 4:**

Dot. § 5 umowy pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy punkt otrzymał brzmienie:

Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii, reakcja serwisu, tj. kontakt autoryzowanego serwisu w celu ustalenia przyczyny usterki oraz podjęcia działań w celu jej usunięcia, wyniesie maksymalnie 48 godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Przez godziny robocze należy rozumieć godziny od 0:00 do 24:00 od poniedziałku do piątku z pominięciem godzin przypadających w dni ustawowo wolne od pracy w tym okresie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści.***

***Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 14.10.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.***