

Milicz, dnia 21.04.2016 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP6/2016**

**WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYKONAWCÓW.**

Dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i testów laboratoryjnych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Zamawiający zawiadamia, że zmienia odpowiedź na pytanie Nr 30 z dnia 19.04.2016 r., o treści:

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu nr 3, poz.1:

Prosimy o doprecyzowanie czułości testu w pozycji 1 pakietu 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu o czułości 40 czy 50 ng/ml?

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: *Zamawiający wymaga testu o czułości co najmniej 40mg/ml.*

Winno być:

Zamawiający wymaga testu o czułości co najmniej 40ng/ml.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 26.04.2016r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki

