

Milicz, 24.02.2017 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP2/2017

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 57 – Okulary do fototerapii:

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii, jednorazowego użytku, niesterylne, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym napięciem na rzepy, gwarantującym szczelne przyleganie, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularów redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 49:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 49 pozycja od 5-7 kołnierza ortopedycznego, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednocześnie. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej niewralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierze przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka.

Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje).

Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych.

Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczny, pianka redukuje podrażnienia skóry. Nie posiada lateksu.

Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 48 – Dreny, Dializatory, Zestawy dializacyjne (OITM), poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 20cm (nr katalogowy: EF-7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znacznica prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 48 – Dreny, Dializatory, Zestawy dializacyjne (OITM), poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15cm (nr katalogowy: EF-7613) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm,

strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 48 – Dreny, Dializatory, Zestawy dializacyjne (OITM), poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 15cm (nr katalogowy: EF-7613) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 48 – Dreny, Dializatory, Zestawy dializacyjne (OITM), poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 12FR o długości 20cm (nr katalogowy: EF-7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 48 – Dreny, Dializatory, Zestawy dializacyjne (OITM), poz. 4,5,6,8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4, 5, 6 oraz pozycji 8 z Pakietu nr 48 Dreny i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli pozycje 4 i 5 z Pakietu Nr 48 do nowego Pakietu Nr 69. Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 48 pozycję 6 i 8 do nowego Pakietu Nr 70.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 56 – Porty, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCupT korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 56 – Porty, poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Pakietu nr 56 Porty i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 56 pozycję Nr 13 do nowego Pakietu Nr 72.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyczka o rozmiarze 4.5 F i długości 65 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 67 poz.3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do nefrostomii z rozszerzadłami 10,12,14 CH z drutem o rozmiarze .038 cala i długości 80 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 67 poz.4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do nefrostomii z rozszerzadłami 7.0, 8.0, 9.0 CH z drutem o rozmiarze .038 cala i długości 80 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 68 poz.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznego zestawu do szynowania moczowodów o rozmiarze 4.7 F, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 68 poz.3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznego zestawu do szynowania moczowodów o rozmiarze 8.0 F, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz.11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 47 pozycji nr 11 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 47 pozycje 11 do nowego Pakietu Nr 74.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz.11:

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli, jednorazowy, niejałowy – mocny materiał barierowy, oddychający, hydrofobowy, wykonany z trójwarstwowego polipropylenu SMS 30 g/m²? Wymiary poszwy na poduszkę 90 x 80 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyczka Dormia CH 4 o długości 90 cm i średnicy koszyczka 16 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 67 poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii CH 11, CH 12 w składzie:

- cewnik typu pig-tail CH 11 (dł. 28 cm), CH 12 (dł. 30 cm), widoczny w promieniach RTG, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika;
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18G x 20cm z wyraźnie widocznym szlifem w USG;
- przewodnik Lunderquista 0,035 x 80 cm, wykonany ze stali medycznej, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- dwa atraumatyczne rozszerzadła: dla cewnika w rozmiarze CH11- rozszerzadła CH10 oraz CH12 (ostatnie z rozrywalną koszulką), dla cewnika CH12- rozszerzadła CH10 oraz CH14, widoczne w RTG;
- zatyczka dla cewnika CH11 lub łącznik luer-lock do podłączenia worka na mocz dla cewnika CH12.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 67 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii CH 8, CH 9 w składzie:

- cewnik typu pig-tail CH 8, CH 9 (dł. 24 cm lub 34 cm), widoczny w promieniach RTG, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika;
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18G x 20cm z wyraźnie widocznym szlifem w USG;
- prowadnik Lunderquista 0,035 x 80 cm, wykonany ze stali medycznej, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- atraumatyczne rozszerzadło: dla cewnika w rozmiarze CH8- rozszerzadło CH 9, dla cewnika CH 9- rozszerzadło CH 10, widoczne w RTG;
- łącznik luer-lock do podłączenia worka na mocz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 68 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarze CH 4,7, dł. 24-30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 68 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarze CH 7, dł. 22-30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 68 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarze CH 9, dł. 22-30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 4.5:

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 4 – długość 20 cm

dla pozycji 5 – długość 17 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 4.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i 5 do osobnego pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzieli z Pakietu Nr 48 pozycje 4 i 5 do nowego Pakietu Nr 69.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 56, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści dopostępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 56, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 56, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 56 pozycję Nr 1 do nowego pakietu Nr 73.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 56, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści dopostępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu Nr 56, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 56 pozycję Nr 2 do nowego pakietu Nr 73.

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu Nr 48 - Dreny, Dializatory, Zestawy dializacyjne (OITM), poz. 1,2,3:

W związku z tym, że nie wszyscy Wykonawcy posiadają w swojej ofercie pełny asortyment produktów wymienionych w Pakiecie nr 48 i wymaganych przez Zamawiającego prosimy, by Zamawiający zechciał wydzielić:

Poz. nr 1 (Dren tętniczy i dren żylny Fresenius 4008B do dializy dwuigłowej)

Poz. nr 2 (Dializator kapilarny nisko przepływowy 1,6 - 1,2m2)

Poz. nr 3 (Dializator kapilarny nisko przepływowy 1,8 - 2,1m2)

i utworzył oddzielny Pakiet zawierający tylko Pozycję nr 1, 2 i 3, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań określonych w Specyfikacji SIWZ.

Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 48 pozycję 1,2,3 do nowego Pakietu Nr 71.

PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4,5,7,8:

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, wydzieli pozycje 4,5,7 i 8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 21 pozycje Nr 4,5,7,8 do nowego Pakietu Nr 75.

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. 4,5:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, system angielskiej marki Vacsax, pod warunkiem doposażenia, na czas umowy, w kompatybilne kanistry i mocowniki? Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku, ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi)? System Vacsax charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają pokrywę o średnicy 13,5. W pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. System Vacsax posiada uniwersalny, zwężający się króciec do pacjenta, kompatybilny z drenami o różnej średnicy (stałe przyłącze, bez odłączanej końcówki). Przyłączenie pacjenta zamykane szczelnie dzięki zatyczce, której przypadkowe usunięcie po nałożeniu jest praktycznie niemożliwe. Wkłady wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 4:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 48 poz. 4 cewnika dwuświatłowego czasowego poliuretanowego do dializ 11,5 Fr i długości 20 cm bez oznaczenia w centymetrach od 9 cm do końca cewnika ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 5:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 48 poz. 5 cewnika dwuświatłowego czasowego poliuretanowego do dializ 11,5 Fr i długości 15 cm bez oznaczenia w centymetrach od 9 cm do końca cewnika ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 4:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 48 poz. 4 cewnika dwuświatłowego czasowego poliuretanowego do dializ 11,5 Fr i długości 20 cm bez oznaczenia w centymetrach od 9 cm do końca cewnika ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 5:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 48 poz. 5 cewnika dwuświatłowego czasowego poliuretanowego do dializ 11,5 Fr i długości 15 cm bez oznaczenia w centymetrach od 9 cm do końca cewnika ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 2:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 48 poz. 2 dializatora helixonowego – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu Nr 48 poz. 3:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 48 poz. 3 dializatora helixonowego – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 39: Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 40: Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia max. 5 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 41: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 42: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 17 g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 4,6:

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z gładkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g, w kolorze niebieskim i w wymiarach:

Parametr	Rozmiar	Dopuszczalne odchylenie
Długość denka	30,5	± 1
Szerokość denka w najszerszym punkcie	20,0	± 1
Głębokość czepka w przedzie	22,0	± 1
Szerokość wiązadła	4,8	± 0,5

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 23g/m² i w wymiarach:

Parametr	Rozmiar	Dopuszczalne odchylenie
Długość ochraniaczy w stanie rozciągniętym	49	± 5
Długość gumki w stanie luźnym	19	± 1

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 45: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 35g/m2, długie?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 46: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści spodenki o gramaturze 35g/m2 w rozmiarach M-XL?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 11:

Pakiet 47, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze min. 35 g/m2 i składzie:

Skład	NIEBIESKI
powłoka	200 x 150cm
powłóczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 48: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 12,13:

Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze min. 35 g/m2, w kolorze niebieskim, długość 110 cm, z rozcięciem na całej długości?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 49: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 cmx210cm?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 50: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zważywszy na treść § 2 ust. 2 i 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 51: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 5 i 6 oraz w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 52: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 53: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 4 dopuści zawór bezigłowy wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 bar=101,5 psi, wytrzymały na ciśnienie zwrotne 2,6 bar=37,7 psi, o możliwości podłączenia u pacjenta na minimum 7 dni lub 400 aktywacji? Produkt ten charakteryzuje się jednym z najniższych objętości refluku wśród dostępnych w sprzedaży co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 54: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający i w pozycji 2 dopuści zawór bezigłowy o przezroczystej obudowie z pomarańczowym pierścieniem, umożliwiającą kontrolę wzrokową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 55: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści system bezigłowy składający się z zaworów bezigłowych wytrzymałych na ciśnienie płynu iniekcyjnego 7 bar=101,5 psi, wytrzymałych na ciśnienie zwrotne 2,6 bar=37,7 psi, o objętości wypełniania 0,1-0,6ml, o długości drenów 8-10cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 56: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego o długości max. 3 cm, w którym membrana zlicowana jest z górną powierzchnią korpusu i osadzona na poliwęglanowej kaniuli zapewniającej prostoliniowy tor przepływu, o prędkości przepływu 350 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 57: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 5-10 dopuści zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego (przeziernym, z pomarańczowym pierścieniem, nie ograniczającym widoczności toru przepływu) o długości 13-

15 cm, w którym membrana zlicowana jest z górną powierzchnią korpusu i osadzona na poliwęglanowej kaniuli zapewniającej prostoliniowy tor przepływu, o prędkości przepływu 350 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 58: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego o średnicy drenów 2,5mm/4,1mm, o objętości wypełniania max.2,8ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 59: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 7 i 8 dopuści zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego o średnicy drenów 1mm/2,5mm, o objętości wypełniania 0,4 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 60: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego o średnicy drenów 1mm/2,5mm, o objętości wypełniania 0,6 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 61: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego o średnicy drenu 1mm/2,5mm, o objętości wypełniania max 0,4 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 62: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści kranik odcinający do terapii dożylnych bez kolorowych znaczników dla linii tętniczej i żylnych, o objętości wypełniania max 0,3 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 63: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści adapter do fiolki o prędkości przepływu 350ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 64: Dotyczy Pakietu Nr 56:

Czy Zamawiający w 1-12 dopuści produkty wyposażone w zawór bezigłowy NeutraClear, charakteryzujący się przepływem 350ml/min, małą objętością wypełniania (0,05ml) oraz jednym z najniższych objętości refluksu(- 0,004 ml) wśród dostępnych w sprzedaży co pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażeń odcewnikowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 65: Dotyczy SIWZ rozdział XV, pkt. 2:

Czy w przypadku niemożności przyjechania Wykonawcy do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy Zamawiający dopuści przesłanie umowy mailem lub Poczta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 66: Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9x70?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 67: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem 5-10ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 68: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7,8,11:

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 69: Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 70: Dotyczy Pakietu Nr 33 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści cewniki do tlenu o całkowitej długości 230cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 71: Dotyczy Pakietu Nr 68 poz. 1,2,3:

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci stentu obustronnie otwartego percuflex plus wykonanego z materiału percuflex z powłoką hydrofilową, mogącego przebywać w ciele pacjenta do 12 miesięcy? Stent ten charakteryzuje się zwiększonym światłem przepływu w stosunku do stentów klasycznych. Możliwe odległości między pętlami 10-30 cm, W zestawie wraz ze stentem występuje drut prowadzący PTFE prosty, z elastyczną końcówką 3 cm, pozycjoner stentu długości 45 cm oraz cewnik do podawania kontrastu w pęcherzu moczowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 72: Dotyczy Pakietu Nr 67 poz. 3,4:

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci zestawu do przeszkórnej nefrostomii z cewnikiem pigtail:

- Cewnik pigtail c-flex 8 lub 10 fr i długościach 30 cm,
- Trokar / igła 21G zew. Śred. 0,813 mm/ wew. Śred. 0,495 mm
- trokar/ igła 19G zew. Średnica 3,404 mm/ wew. Śred. 2,692 z płaszczem 5 Fr/1,7 mm
- poszerzacze (od 6 Fr do 10 Fr)
- urządzenie retencyjne do cewników
- drut prowadzący sztywny PTFE, z końcówką „J” 0,97 mm x 150 cm
- Dren łączeniowy z odłączanym zaworem
- Skalpel jednorazowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 73: Dotyczy Pakietu Nr 67 poz. 3,4:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie LP 3,4 do osobnych pakietów w celu stworzenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 67 pozycje 3 i 4 do nowego Pakietu Nr 76.

PYTANIE NR 74: Dotyczy Pakietu Nr 67 poz. 3,4:

Dotyczy pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt renomowanej firmy Boston Scientific będącej liderem na rynku światowym w postaci koszyka nitinolowego z odłączalną rączką, o średnicy koszyka 16 mm, długości roboczej 90 cm oraz zewnętrznej średnicy płaszcza 3 Fr?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 75: Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń z igłą 9cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 76: Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści dreny KEHR z ramionami 450x180mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 77: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 3ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 78: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-10ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 79: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7-8:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 30ml lub 30-50ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 80: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 30, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 81: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 14-15:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 5-10ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 82: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 16-18:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 30ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 83: Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. 3,5,7:

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 80cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 84: Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem w rozmiarze 3,0?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 85: Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną o powierzchni aktywnej 118cm² spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 86: Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 23:

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 58 pozycję Nr 23 do nowego Pakietu Nr 77.

PYTANIE NR 87: Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 33:

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy o długości 30m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 88: Dotyczy Pakietu Nr 58 poz. 34:

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy średnica 9/12 mm o długości 30m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 89: Dotyczy Pakietu Nr 62 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,14±0,02mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 90: Dotyczy Pakietu Nr 62 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,32-0,44mm, na dłoni 0,29-0,39 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 91: Dotyczy Pakietu Nr 62 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,32±0,02mm, na dłoni 0,28±0,02mm, rozciągliwość przed starzeniem 750%, po starzeniu: 560%, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 92: Dotyczy Pakietu Nr 64 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści hamostatyki pakowane a'10 szt. z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 93: Dotyczy Pakietu Nr 65 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki płynów o wymiarze 50 cm x 50 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 94: Dotyczy Pakietu Nr 65 poz. 2:

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 2 w celu złożenia konkurencyjnej oferty w przedmiotowym pakiecie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 65 pozycję Nr 2 do nowego Pakietu Nr 78.

PYTANIE NR 95: Dotyczy Pakietu Nr 32 poz. 2:

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 32 poz. 2 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 96: Dotyczy Pakietu Nr 31 poz. 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 poz.1 dopuści strzykawkę o pojemności 1,5 ml oraz balon o pojemności 1,5 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 97: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z łącznikiem luer w kolorze mlecznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 98: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki produkcji Margomed bez nasadki zabezpieczającej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 99: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 100: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9,10,12:

Czy Zamawiający wymagając strzykawek do leków światłoczułych oczekuje zaoferowania strzykawek bursztynowych? Z naszej wiedzy wynika, iż tylko strzykawka 20ml występuje w wersji bursztynowej, mniejsze pojemności nie są dostępne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pozycjach 9 i 10 w Pakiecie Nr 1 omyłkowo wpisał w opisie przedmiotu zamówienia wymóg strzykawki do leków światłoczułych powinna być strzykawka zwykła, Zamawiający poprawił opis przedmiotu zamówienia w tych pozycjach. W pozycji Nr 12 Pakietu Nr 1 Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek bursztynowych.

PYTANIE NR 101: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki 3ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 102: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1-6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenów wykonanych z medycznego PVC?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 103: Dotyczy Pakietu Nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości 380x160?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 104: Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7,8,11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników z balonem 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 105: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.1) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 1.1.

PYTANIE NR 106: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.2) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 1.2.

PYTANIE NR 107: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 4 Istotnych postanowień umownych na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 4.

PYTANIE NR 108: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 Istotnych postanowień umownych na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §11.

PYTANIE NR 109: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie natomiast cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie natomiast cena brutto

proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT. Wartość umowy pozostaje bez zmian.

PYTANIE NR 110: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 3) b) na: „dwukrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 3)b).

PYTANIE NR 111: Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1-16:

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga rurek silikonowanych.

PYTANIE NR 112: Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1-16:

Czy zamawiający wymaga aby rurki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby rurki pochodziły od jednego producenta

PYTANIE NR 113: Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 1-16:

Czy Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci grubego ringu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga rurek intubacyjnych ze znacznikiem głębokości w postaci grubego ringu.

PYTANIE NR 114: Dotyczy Pakietu Nr 35 poz. 7-21:

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone silikonowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 115: Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1-12:

Czy Zamawiający wymaga rurek silikonowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga rurek silikonowanych.

PYTANIE NR 116: Dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 1-12:

Czy Zamawiający wymaga rurek z balonikiem znakowanym rozmiarem rurki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga rurek z balonikiem znakowanym rozmiarem rurki.

PYTANIE NR 117: Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę CH15/60 cm lub 15CH/80cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści prowadnicę 15CH/80cm.

PYTANIE NR 118: Dotyczy Pakietu Nr 40 poz. 11:

Czy Zamawiający miła na myśli zamknięty system o długości 36cm, do rurek tracheostomijnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający miał na myśli zamknięty system o długości 36cm, do rurek tracheotomijnych.

PYTANIE NR 119: Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawice nitylowe o grubości na dłoni większej lub równej 0,05mm- spełniające resztę wymagań opisanych w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 120: Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawice w rozm. XL pakowane po 135szt. - co zapewnia utrzymanie takich samych rozmiarów opakowania zbiorczego, jak opakowań w rozm. XS-L i gwarantuje wyjmowanie pojedynczej rękawicy z opakowania, spełniających resztę wymagań opisanych w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 121: Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga aby produkt opisany w zadaniu 1, posiadał normę ISO 16604 - mówiącą o ochronie przed kontaktem z krwią i płynami ustrojowymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 122: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m².

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 123: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka w kształcie beretu wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 124: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego w formie furażerki wykonanego z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot w części bocznej. Część górna wykonana z włókniny perforowanej i paroprzepuszczalnej. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. Czepek dostępny w kolorze niebieskim.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 125: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego okrągłego ściąganego dookoła gumką. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 126: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego okrągłego ściąganego dookoła gumką. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 127: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji czepka chirurgicznego typu furażerka wiązanego na troki, wykonanego z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot w części bocznej. Część górna wykonana z włókniny perforowanej i paroprzepuszczalnej. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 128: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji foliowych antypoślizgowych ochraniaczy na obuwiu w kolorze niebieskim i opakowaniu 100 sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 129: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji ochraniaczy na obuwiu wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m² w opakowaniu 50 sztuk. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 130: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji spodenek do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 30 g/m², spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 131: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 25 g/m² w składzie:

- Poszwa 210x150cm
- Poszewka 70x80cm
- Prześcieradło 200x150cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 132: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 30 g/m² w kolorze niebieskim. Koszula wkładana przed głowę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 133: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 30 g/m² w kolorze niebieskim, koszula wiązana na troki w pacie i przy szyi. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 134: Dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji prześcieradła wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 30 g/m² w kolorze niebieskim, w rozmiarze 150 cm x 200 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 135: Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 3 zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowego, pediatrycznego o średnicy 4F.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 136: Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 2,4,6,7,8,9,12:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 11 igieł do znieczulenia o długości: poz. 2, 4 i 6 - 100 mm w miejsce wymaganych 103 mm oraz w poz. 7, 8 i 9 120 mm w miejsce wymaganych 115 mm z igłą prowadzącą o średnicy 20-22G x 38 mm oraz w poz. 12 półautomatycznej igły do biopsji o długości 150 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 137: Dotyczy Pakietu Nr 34 poz. 3,4:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pak. 34 poz. 3 i 4 i utworzenie dla nich odrębnego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 34 pozycje 3 i 4 i utworzył nowy Pakiet Nr 79.

PYTANIE NR 138: Dotyczy Pakietu Nr 27:

Czy Zamawiający dopuści do oceny czyściwo, spełniające wymagania SIWZ, o gramaturze 50g/m², w rozmiarze 16x39cm – op. 150szt. lub 18x39cm – op. 256szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 139: Dotyczy Pakietu Nr 67, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii 11F.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 140: Dotyczy Pakietu Nr 67, poz. 3:

Pakiet 67 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w rozmiarze 10CH

Skład zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- przewodnica sztywna, niepowlekana z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość o.k. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa,
- 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik luer-lock
- kranik LL
- łącznik do worka na mocz (łącznik luer-lock z lejkiem)
- 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji
- sterylne, do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 141: Dotyczy Pakietu Nr 67, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w rozmiarze 6Ch lub 8Ch

Skład zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- przewodnica sztywna, niepowlekana z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość o.k. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa,
- 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik luer-lock
- kranik LL
- łącznik do worka na mocz (łącznik luer-lock z lejkiem)

- 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji
- sterylne, do jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 142: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 4,8F i długości 24-26 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 143: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 4,8F i długości 26-30 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 144: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 7F i długości 24-26 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 145: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 7F i długości 26-30 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 146: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 6F i długości 24-26 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 147: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 6F i długości 26-30 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści

PYTANIE NR 148: Dotyczy Pakietu Nr 68:

Prosimy Zamawiającego czy oczekuje, aby cewnik był skalowany co 1cm i zawierał linię pozycyjną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści, lecz nie wymaga

PYTANIE NR 149: Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,9x40mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 150: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 4-12,16,17,18:

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewniki posiadały 3-4 otwory drenujące, co zwiększa powierzchnię drenującą i zwiększa bezpieczeństwo swobodnego odpływu moczu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 151: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 14,15:

Czy cewnik Foley'a 100% silikon ma pozwalać na pełną wizualizację wydzieliny, w celu wczesnego wykrycia zmian – krwawienia, cech infekcji układu moczowego oraz zakażeń, poprzez pełną przezroczystość cewnika oraz wyposażony w pierwotnie napełnioną strzykawkę, wypełnioną cieczą dającą gwarancję, iż balon w wyżej wymienionym cewniku nie opróżni się samoistnie w okresie jego utrzymania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 152: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 1-9:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, cewniki do odsysania mają posiadać otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.

PYTANIE NR 153: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 1-9:

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki miały wewnętrzną część lejka karbowaną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 154: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 1-9:

Czy Zamawiający oczekuje kolorystycznego i wypukłego oznaczenia rozmiaru cewnika na konektorze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 155: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w rozmiarze Ch6/40cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 156: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w rozmiarze Ch12/60cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 157: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu dla dzieci o długości 210cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 158: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu dla niemowląt o długości 210cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 159: Dotyczy Pakietu Nr 37:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 340ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 160: Dotyczy Pakietu Nr 37:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 640ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 161: Dotyczy Pakietu Nr 37:

W związku z różnymi pojemnościami wody do nawilżania, w celu zwiększenia porównywalności złożonych ofert zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość wyceny wody za 10 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 162: Dotyczy Pakietu Nr 52:

Prosimy o wydzielenie pozycji 5-9 i utworzenie z nich nowego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty firmom specjalizującym się w produktach do badań histopatologicznych i zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 52 pozycje 5-9 i utworzył nowy Pakiet Nr 82.

PYTANIE NR 163: Dotyczy Pakietu Nr 52:

Prosimy o dopuszczenie w poz. 7 pojemnika na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnym zamknięciem na wcisk o poj. 3400 ml, posiadające deklaracje CE i IVD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 164: Dotyczy Pakietu Nr 52:

Prosimy o dopuszczenie w poz. 8 pojemnika na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnym zamknięciem na wcisk o poj. 1200 ml, posiadające deklaracje CE i IVD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 165: Dotyczy Pakietu Nr 52:

Prosimy o dopuszczenie w poz. 9 pojemnika na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnym zamknięciem na wcisk o poj. 2300 ml, posiadające deklaracje CE i IVD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 166: Dotyczy Pakietu Nr 52:

Prosimy o potwierdzenie czy ze względu na wymóg **pełnej identyfikowalności wyrobu medycznego** (a tym samym posiadania numeru katalogowego i odpowiedniego oznaczenia) dla wyrobu medycznego jakim są pojemniki histopatologiczne wedle ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 Zamawiający wymaga aby formularz cenowy **obligatoryjnie posiadał wypełnioną kolumnę „numer katalogowy” oraz wymaga aby wzór etykiety wyrobu medycznego był dostarczony wraz z ofertą.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 167: Dotyczy Pakietu Nr 52:

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga w poz. 7,8,9 pojemników wykonanych z nieprzeźroczystego polipropylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

PYTANIE NR 168: Dotyczy Pakietu Nr 52:

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo wystawionej faktury”? Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w namyśle fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli fakturę wystawioną zgodnie z §5 ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 169: Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na mocz sterylnego z zieloną nakrętką spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Kolor nakrętki nie jest determinowany przepisami, nie wpływa na przeznaczenie pojemnika, za to umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych większej liczbie oferentów.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 170: Dotyczy Pakietu Nr 52, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania pojemnika na mocz z zakrętką o pojemności 100 ml, nieznacznie odbiegającej od opisanej w SIWZ. W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 171: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji z butelek z filtrem p/bakteryjnym 0,1 bez zastawki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 172: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do cewników w rozmiarze 50 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 173: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do cewników w rozmiarze 50/60 ml. Dołączony łącznik luer w kolorze białym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 174: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 9,10,11:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 1 pozycje 9,10,11 i utworzył nowy Pakiet Nr 80.

PYTANIE NR 175: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 176: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz.13,14:

Czy Zamawiający wymaga strzykawek typu perfuzor z poprzecznym nacięciem na tłoku w celu lepszej stabilizacji w pompie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, lecz nie wymaga

PYTANIE NR 177: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz.13,14:

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji strzykawki o długości tłoka 13,5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 178: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15-18:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydzielił z Pakietu Nr 1 pozycje 1-18 i utworzył nowy Pakiet Nr 81.

PYTANIE NR 179: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 21:

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji przyrządu do przetaczania krwi z drenem długości 150 cm, wyposażonego w komorę kroplową oraz zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz ze specjalnym miejscem na kolec kroplowy w postaci pochewki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 180: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji przyrząd do przetaczania płynów z komora kroplowa w części przezroczystej 55 mm i igłą bioczną ściętą stożkowo z ostrym kolcem. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 181: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji przyrząd do przetaczania płynów z komora kroplowa w części przezroczystej 55 mm i igłą bioczną ściętą stożkowo z ostrym kolcem, z drenem długości 150 cm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 182: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 24:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń z komorą kroplową o pojemności 10 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 183: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Prosimy o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu osłonką wykonaną z polietylenu. W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie takiego wymogu. Osłonka na igłę w czasie trwania procedury medycznej jest wyrzucana do pojemnika na odpady medyczne i nie ma bezpośredniego kontaktu z lekiem, czy innym preparatem medycznym. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 184: Dotyczy Pakietu Nr 13:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment z pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 185: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 dopuści zaoferowanie koszyka o przekroju 14-17 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści zaoferowanie koszyka o przekroju 14-17mm, o pozostałych parametrach zgodnych z opisem.

PYTANIE NR 186: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 dopuści zaoferowanie koszyka o przekroju 14-17 mm, długość 90 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 2 dopuści zaoferowanie koszyka o przekroju 14-17mm, długość 90cm, o pozostałych parametrach zgodnych z opisem.

PYTANIE NR 187: Dotyczy Pakietu Nr 67, poz. 3:

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 67 dopuści zaoferowanie zestawów z rozszerzadłami 6-12 CH, przewodnicą drucianą 0,8 x 800 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 188: Dotyczy Pakietu Nr 67, poz. 4:

Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu nr 67 dopuści zaoferowanie zestawów z rozszerzadłami 7-10 CH, przewodnicą drucianą 0,8 x 800 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 189: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 1-3:

Czy Zamawiający w pozycji nr 1-3 dopuści możliwość złożenia oferty na zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów z odstępem między pętlami od 16 cm do 30 cm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 190: Dotyczy Pakietu Nr 68, poz. 3:

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści możliwość złożenia oferty na zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 8F, pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 191: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, strzykawkę 50-60ml z końcówką cewnikową, bez dodatkowego łącznika luer oraz zatyczki zapobiegającej kontaminacji, spełniającej wszelkie pozostałe wymagania siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ..

PYTANIE NR 192: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 4-5:

Prosimy o potwierdzenie, czy oferowane strzykawkę do insuliny i tuberkuliny powinny posiadać igły wtopione, czy nakładane ?

Odpowiedź Zamawiającego:

strzykawkę do insuliny i tuberkuliny powinny posiadać igły nakładane.

PYTANIE NR 193: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 6-8,11:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawkę z kontrastującym tłokiem w kolorze np. zielonym lub innym równoważnym, spełniającym wszelkie pozostałe wymagania siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści strzykawkę z kontrastującym tłokiem, z wyłączeniem białego (mlecznego).

PYTANIE NR 194: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 6-8,11:

Prosimy o traktowanie wskazanego w siwz rozszerzenia skali jako rozszerzenia minimalnego i dopuszczenie do składania ofert np. na strzykawkę 2ml z rozszerzeniem do 3ml.

Większe niż wskazane w siwz rozszerzenie z pewnością nie będzie cechą gorszą od opisanej w siwz, co powinno skutkować dopuszczeniem powyższego wniosku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 195: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 6-8,11:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki powinny posiadać obok wymaganego zapisami siwz logo producenta także nazwę własną na strzykawce, ale także na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, co zapewnia ich pełną identyfikację w każdym momencie wykonywania procedury, także po wyjęciu z pakowania jednostkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza

PYTANIE NR 196: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 9-10,12:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki do leków światłoczułych z tłokiem w dowolnym kolorze, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Wg naszej najlepszej wiedzy wymóg kontrastującego tłoka w strzykawce światłoczułej nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia w praktyce klinicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w pozycji 9 i 10 omyłkowo w opisie przedmiotu wpisał strzykawki do leków światłoczułych a miał na myśli strzykawki zwykłe i wymaga przy nich tłoka w kontrastującym kolorze. W pozycji Nr 12 tłok może być w kolorze dowolnym.

PYTANIE NR 197: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 9-10,12:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki do leków światłoczułych z nominalną skalą pomiarową, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

W tym miejscu zwracamy uwagę na błędnie skopiowane w poz. 9-10 wymaganego rozszerzenia skali dla dwóch różnych pojemności strzykawek t.j. 6 i 10ml oraz przedłużenie w obu przypadkach 5-6ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

PYTANIE NR 198: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 9-10,12:

Prosimy o weryfikację wymaganej ilości strzykawek światłoczułych w poz. 9-10, których ilość wydaje się niewspółmiernie wysoka w stosunku do np. ilości standardowych strzykawek w analogicznych pojemnościach, a w wypadku potwierdzenia wielkości zamówienia o zobowiązanie się do zakupu wskazanych ilości na minimalnym, wskazanym przez Zamawiającego poziomie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w pozycji 9 i 10 omyłkowo w opisie przedmiotu wpisał strzykawki do leków światłoczułych a miał na myśli strzykawki zwykłe, w związku z powyższym ilości pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 199: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15-18:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki 3ml, 3ml, 5ml i 10ml typu bezpiecznego, o innej konstrukcji i technice zabezpieczenia igły niż opisana w siwz t.j. zabezpieczenia igły poprzez nasunięcie na całej jej długości zewnętrznego, sztywnego kołnierza zabezpieczającego w pełni wypełniającego wymagania stawiane tego typu sprzętowi, z oznaczeniem logo producenta lub nazwy własnej na opakowaniu jednostkowym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 200: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 20-21:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń krwi, powinny analogicznie do przyrządów do przetoczeń płynów z poz. 23 posiadać cyt. „logo lub nazwę producenta na samym wyrobie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, przyrządy do przetoczeń krwi, powinny analogicznie do przyrządów do przetoczeń płynów z poz. 23 posiadać cyt. „logo lub nazwę producenta na samym wyrobie”

PYTANIE NR 201: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 23-24:

Prosimy o ujednoczenie opisów oraz dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych zwykłych i do leków światłoczułych, o równoważnych długościach drenów min. 150-165cm, z równoważną igłą bioczną ściętą dwupłaszczyznowo lub standardowo oraz wielkością komory kroplowej opisaną jednolicie t.j. albo wyrażonej pojemnością w ml, albo długością komory w cm, co umożliwi złożenia ofert porównywalnych, a jednocześnie nie będzie budziło zastrzeżeń, co do przestrzegania przez Zamawiającego wymogów określonych w Art. 29 i 30 Ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna długość drenu to 150cm, reszta zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 202: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 5:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki pępowinowe zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC powinny być pozbawione szkodliwych dla zdrowia frakcji ftalanów (DEHP), ale także PCV i lateksu jako substancji powodującej w znacznym stopniu niepożądane reakcje alergiczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 203: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki pępowinowe w rozmiarze 5-6F, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 204: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 5:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki pępowinowe ze względu na szczególny charakter ich zastosowania, powinny być pakowane w pełni bezpieczne, sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania czy transportu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 205: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1-4:

W związku z faktem, iż cewniki typu Thorax posiadają standardowe rozmiary co 4Ch, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rozmiary Ch 16, 20, 24, 28.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 206: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1-4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Thorax to cewniki z trokarem, czy bez trokara ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga cewnika z trokarem.

PYTANIE NR 207: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1-4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Thorax, powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie wielkości rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające dobór rozmiaru w zależności od potrzeb klinicznych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 208: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1-4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Thorax ze względu na szczególny charakter ich zastosowania, powinny być pakowane w pełni bezpieczne, sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania czy transportu ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 209: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 5-8:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki urologiczne Pezzera powinny posiadać minimum 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, które zapewniają skuteczny drenaż na poziomie zakładanym przez producenta ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 210: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 5-8:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki urologiczne Pezzera jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym powinny być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie t.j. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 211: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 3 i 6:

Prosimy o dopuszczenie tolerancji rozmiaru w średnicy wklucia pediatrycznego i dopuszczenie w poz. 3 - średnicy rozmiaru 4-4,5F (analogicznie do tolerancji rozmiaru średnicy w poz.6 - 5-5,5F), przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 212: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 3 i 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pediatryczne zestawy do kaniulacji dużych naczyń powinny być zakładane metodą Seldingera i powinny mieć możliwość identyfikacji położenia za pomocą odprowadzeni EKG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 213: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 3 i 6:

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „prowadnica odporna na zginanie” oznacza wymóg, aby prowadnica wykonana była z nitinolu lub innego materiału równoważnego wskazanego przez Zamawiającego /prosimy o wskazanie/.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, prowadnica był wykonana z nitinolu.

PYTANIE NR 214: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1-15:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza do składania ofert na igły, których rozmiary wyrażone są w równoważnych międzynarodowych jednostkach Gauge (G), odpowiadające ich średnicy wyrażonej w milimetrach, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 215: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły o długości 88-90mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 216: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 6:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły 26G o długości 4" lub 4 3/4", spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Tak małe różnice we wskazanych rozmiarach nie powinny w żaden negatywny sposób wpływać na bezpieczne i wygodne wykonanie procedury, a dopuszczenie poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 217: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 7-9:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły z prowadnicą o długości 38-40mm lub igły o długości 115-120mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Tak małe różnice we wskazanych rozmiarach nie powinny w żaden negatywny sposób wpływać na bezpieczne i wygodne wykonanie procedury, a dopuszczenie poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 218: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 5-10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły typu Pencil-Point w rozmiarach 27G i 25G, analogicznie do igieł 25G i 27G z poz. 2 i 4 powinny posiadać uchwyt z cyt. „wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony igły przyrzęciem, zmieniającym barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym. Konstrukcja uchwytów, która po wprowadzeniu igły w prowadnicę skraca długość roboczą igły podpajęczej o mniej niż 12mm”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 219: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1-13:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu - tak jak np. w tego typu cewnikach światowego lidera w ich produkcji firmy Rusch-Teleflex /Niemcy/ czy Covidien /USA/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 220: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1-13:

Prosimy o dopuszczenie tolerancji wielkości zaproponowanych wielkości balonów stabilizujących lub o dopuszczenie do składania ofert z balonami standardowymi dla poszczególnych rozmiarów w tych pozycjach, w których zastosowanie konkretnej pojemności balonu stabilizacyjnego ma medyczne uzasadnienie związane z konkretną procedurą medyczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 221: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1-13:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya dla dorosłych, powinny posiadać długość 40cm +/- 1cm dla mężczyzn i 22cm +/- 1cm dla kobiet do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 222: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 14-15:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki silikonowe /100 silikon/, powinny posiadać w komplecie strzykawkę min. 10ml, wypełnioną 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balonu stabilizacyjnego, co zapewni wygodne wykonanie procedury oraz optymalne warunki do długoterminowego utrzymania cewnika - tak jak np. w tego typu cewnikach światowego lidera w ich produkcji firmy Rusch-Teleflex /Niemcy/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 223: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 35:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana zatyczka powinna być sterylna, pojedynczo pakowana w opakowania typu folia-papier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 224: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 1-2,4-10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane, standardowe cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodowym kodem i obowiązującymi normami, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywania procedury - tak jak np. w tego typu cewnikach światowego lidera w ich produkcji firmy Coloplast-Unomedical /Dania/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 225: Dotyczy Pakietu Nr 33, poz. 1-2,4-10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki powinny być pakowane na wprost /bez zawijania/ w opakowania typu folia/papier z otworem do zawieszenia przy stanowisku pacjenta oraz „zmrożoną- satynową” powierzchnię, umożliwiającą, bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 226: Dotyczy Pakietu Nr 35, poz. 1-16:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym dla dorosłych, powinny posiadać wyraźne czytniki głębokości oraz odłączany, łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, o zróżnicowanych kolorach dla poszczególnych rozmiarów, odpowiadających kompatybilnej wielkości cewników do odsysania, których kolorystyczne oznaczenie zgodne z ISO ułatwia dobór odpowiedniego cewnika do odpowiedniej rurki intubacyjnej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 227: Dotyczy Pakietu Nr 35, poz. 17-21:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne zbrojone, powinny posiadać czytelne oznaczenia znaczników głębokości, z których ostatni znacznik znajdujący się powyżej mankieta jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wzrokową identyfikację położenia rurki, co ułatwia wykonanie procedury w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych - tak jak np. w tego typu rurek światowego lidera w ich produkcji firmy Rusch-Teleflex /Niemcy/ lub innych równoważnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 228: Dotyczy Pakietu Nr 35, poz. 22-24:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez balonika przeznaczone dla najmniejszych pacjentów, ze względu na wrażliwość błon śluzowych pacjentów, powinny być wykonane z mieszaniny PCV i silikonu lub innego atraumatycznego i termowrażliwego materiału równoważnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 229: Dotyczy Pakietu Nr 35, poz. 22-24:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez balonika, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skałowane co min. 0,5cm oraz czy powinny posiadać linię kontrastującą w RTG, wyraźnie (na całym obwodzie) oznaczoną końcówką dystalną, które to elementy umożliwiają bardzo dokładną identyfikację położenia rurki przez cały okres zaintubowania najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 230: Dotyczy Pakietu Nr 35, poz. 22-24:

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z koniecznością identyfikacji wyrobu medycznego w całym okresie jego użytkowania, szczególnie w przypadku rurek przeznaczonych dla wcześniaków i noworodków - oferowane rurki intubacyjne bez balonu - powinny posiadać oznaczenie zarówno na samym wyrobie jak i opakowaniu jednostkowym min. nazwy lub logo producenta, numeru katalogowego oraz rozmiaru rurki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE NR 231: Dotyczy Pakietu Nr 36, poz. 13-19:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE NR 232: Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 10-11:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania, powinny w pełni wypełniać zapisy normy PN-EN 8836:2014-12 „Cewniki do odsysania z dróg oddechowych”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 233: Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 10-11:

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami obowiązującej normy PN-EN 8836:2014-12, oferowane zamknięte systemy do odsysania z poz. 122, powinny spełniać poniższy wymóg definicji zawarty w normie j/w (definicja 3..3) „Cewnik w systemie zamkniętym to cewnik ssący zamknięty w rękawice ochronnym z łącznikiem od strony pacjenta, który umożliwia użycie cewnika w drogach oddechowych bez rozłączania układu oddechowego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 234: Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 10-11:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy w poz. 10 przeznaczone są do rurek intubacyjnych, a w poz. 11 do rurek tracheostomijnych /mimo błędnego zapisu/, a tym samym w poz. 10 Zamawiający dopuszcza długość 54cm, a poz. 11 długość 30,5cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 235: Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 10-11:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zamknięte systemy do odsysania, powinny posiadać cewnik skalowany co min. 2cm, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne oraz przezroczystą komorę płuczącą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 236: Dotyczy Pakietu Nr 40, poz. 10-11:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania powinny posiadać samouszczelniającą się zastawkę oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, zapewniającą tym samym wymagany w siwz bezpieczny okres użytkowania 72H.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 237: Dotyczy Pakietu Nr 41, poz. 1-3:

Prosimy o potwierdzenie, iż dreny do drenażu opłucnej, powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie wielkości rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające dobór rozmiaru w zależności od potrzeb klinicznych - tak jak np. w tego typu drenach światowego lidera w ich produkcji firmy Covidien /USA/ lub innych równoważnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 238: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1:

Czy oferowane przyrządy do aspiracji z butelek powinny posiadać logo producenta na samym wyrobie? W przypadku odpowiedzi odmownej - prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawiania wymogu logo producenta np. na strzykawkach, czy przyrządach do przetoczeń t.j. produktów, których identyfikacja bez opakowania jednostkowego, które zawsze zawiera dane identyfikacyjne produktu - jest znacznie łatwiejsza ze względu na krótki okres użytkowania oraz braku takiego wymogu dla przyrządu, którego okres użytkowania po wyjęciu z opakowania jednostkowego jest znacznie dłuższy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, logo wymagane w celu 100% identyfikacji produktu.

PYTANIE NR 239: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3:

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie postawienia wymogu konkretnego koloru dla łącznika luer w strzykawce cewnikowej 50/60ml, przy jednoczesnym braku takich wymogów dla łączników luer dla strzykawki cewnikowej 100ml opisanej w poz. 2. Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN lub o odstąpieniu od opisanego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przypadku strzykawki cewnikowej standardy szpitala wymagają koloru kontrastowego z wykluczeniem białego (mlecznego).

PYTANIE NR 240: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3:

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie postawienia wymogu posiadania nasadki zabezpieczającej przed kontaminacją zawartości strzykawki, przy jednoczesnym braku tak postawionego wymogu do wszystkich pozostałych strzykawek będących przedmiotem zamówienia w pak. 1.

Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN lub o odstąpieniu od tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby w strzykawkach cewnikowych znajdowały się nasadki zabezpieczające przed kontaminacją zawartości strzykawki ponieważ może być ona używana do innych celów (np. podaż żywienia).

PYTANIE NR 241: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 6-12:

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie postawienia wymogu konkretnego koloru dla tłoka strzykawek, przy jednoczesnym braku takiego wymogu dla pozostałych strzykawek w tym pakiecie.

Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN lub o odstąpieniu od opisanego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Standardy szpitala wymagają koloru kontrastowego z wykluczeniem białego (mlecznego).

PYTANIE NR 242: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 20-21:

Czy oferowane przyrządy do przetaczania krwi powinny posiadać logo producenta na samym wyrobie? W przypadku odpowiedzi odmownej - prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawiania wymogu logo producenta na przyrządach do przetoczeń i braku takiego wymogu dla przyrządów do przetoczeń krwi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, przyrządy do przetaczania krwi powinny posiadać logo producenta na wyrobie.

PYTANIE NR 243: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 23:

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie postawienia wymogu długości drenu o długości dokładnie 165cm, przy jednoczesnym braku stawiania takiego wymogu dla innych przyrządów do przetoczeń, będących przedmiotem zamówienia w pakiecie lub dopuszczenie stosownej tolerancji w tym zakresie dla wszystkich opisanych w pakiecie przyrządów.

Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN lub o odstąpieniu od opisanego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dren o długości co najmniej 150cm reszta opisu zgodna z SIWZ.

PYTANIE NR 244: Dotyczy Pakietu Nr 1. poz. 23:

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie postawienia wymogu długości części przezroczystej komory kroplowej o długości dokładnie 65mm, przy jednoczesnym braku stawiania takiego wymogu dla innych przyrządów do przetoczeń, będących przedmiotem zamówienia w pakiecie lub dopuszczenie stosownej tolerancji w tym zakresie dla wszystkich opisanych w pakiecie przyrządów.

Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN lub o odstąpienie od opisanego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Im dłuższa komora tym lepiej dla podaży grawitacyjnej.

PYTANIE NR 245: Dotyczy Pakietu Nr 1. poz. 24:

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie postawienia wymogu wielkości pojemności komory kroplowej o pojemności dokładnie 12ml, przy jednoczesnym braku stawiania takiego wymogu dla innych przyrządów do przetoczeń, będących przedmiotem zamówienia w pakiecie lub dopuszczenie stosownej tolerancji w tym zakresie dla wszystkich opisanych w pakiecie przyrządów.

Prosimy o odpowiedź w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN lub o odstąpienie od opisanego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Im większa komora tym lepsza dla podaży grawitacyjnej.

PYTANIE NR 246: Dotyczy Pakietu Nr 16. poz. 1-7:

Czy oferowane wyroby, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać logo producenta na samym wyrobie ?

W przypadku odpowiedzi odmownej - prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawiania w tym postępowaniu wymogu logo producenta np. na strzykawkach czy przyrządach do przetoczeń i braku takiego wymogu dla np. kaniuli dożylnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wyroby powinny posiadać logo producenta na samym wyrobie.

PYTANIE NR 247: Dotyczy Pakietu Nr 16. poz. 3-4:

Jakie elementy kaniuli /skrzydełka, koreczek, opakowanie/ powinny posiadać barwny kod identyfikacyjny, aby wypełnić wymogi siwz („rozmiary kodowane kolorystycznie”) i oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie ?

Prosimy o precyzyjny opis w oparciu o Art. 29 i 30 Ustawy PZP, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie zharmonizowaną normą EN.

Odpowiedź Zamawiającego:

Powinny posiadać co najmniej korek.

PYTANIE NR 248: Dotyczy Pakietu Nr 16. poz. 3-4:

Czy elementy składowe kaniuli dożylnych, usuwalne w trakcie procedury kaniulacji, powinny posiadać jakiegokolwiek oznakowanie np. logo producenta umożliwiające ich identyfikację.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak powinny posiadać logo producenta.

PYTANIE NR 249: Dotyczy Pakietu Nr 17. poz. 1 i 3:

Czy Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaferować ten sam cewnik o pojemności balonu adekwatnej do pediatrycznego rozmiaru Ch6 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 250: Dotyczy Pakietu Nr 17. poz. 1 i 18:

Czy Wykonawcy mogą zaferować cewniki o pojemnościach balonu standardowych, adekwatnych do poszczególnych rozmiarów i oferowanych przez wielu producentów ?

Zwracamy uwagę, iż podawana przez różnych producentów wielkość balonu jest wielkością orientacyjną, zalecaną, nie wymagającą jednak konkretnego wypełnienia, a jedynie zabezpieczającą przed powikłaniami związanymi z ewentualnym pęknięciem balonu i popełnieniem błędu jatrogennego.

W przypadku odpowiedzi odmownej - prosimy o merytoryczne uzasadnienie stawiania wymogu konkretnej wielkości balonów dla poz. 1-18 i braku takiego wymogu np. dla cewników z poz. 19-21 lub o ujednoczenie zapisów i wymagań oraz wskazanie wymaganej wielkości balonów w rzeczonych pozycjach 19-21.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy Zgodnie z SIWZ. Niektóre procedury szpitalne wymagają balonów o większej pojemności niż standardowa.

PYTANIE NR 251: Dotyczy formularzy cenowych – załącznika nr 2:

Wnosimy o wprowadzenie we wszystkich formularzach cenowych /Załącznik nr 2/ obok wymaganych „nazwy katalogowej” i „kodu produktu” także nazwy producenta oferowanego wyrobu, co pozwoli Komisji Przetargowej na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego wyrobu medycznego, a tym samym na zawarcie ważnych umów przetargowych.

W przypadku odpowiedzi odmownej - prosimy o wskazanie na jakiej podstawie Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert pod względem ich zgodności z wymogami siwz, a tym samym na jakiej podstawie zawrze ważne umowy przetargowe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadził zmiany w załączniku Nr 2 do SIWZ.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 13.03.2017 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzi