

Milicz, 13.04.2018 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP1/2018

#### WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

*Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

#### **PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

**Rozmiar L:** rozmiar: 3.0mm i/lub 5.5 mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 1-2 siła zamykania wynosi: 30-60(gf) Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją.

Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje klipsów naczyniowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.**

#### **PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

**Rozmiar XL:** rozmiar: 3.5mm i/lub 6.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 2-4 siła Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje klipsów naczyniowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.**

#### **PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 50, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

**Rozmiar M:** rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0 siła zamykania wynosi: 20-40(gf) bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje klipsów naczyniowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.**



**PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu 72, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-FlexTip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający oczekuje cewnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.*

**PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający oczekuje cewnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.*

**PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 73, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę, 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający oczekuje cewnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.*

**PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 73, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę

wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-FlexTip0.038", dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający oczekuje cewnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.*

**PYTANIE NR 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2 oraz pozycji 3 z Pakietu nr 50 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji do osobnego pakietu.*

***Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 20.04.2018 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.***

PREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Maciej Biardzki*