

Milicz, dnia 30.05.2018 r.

MCM/...../SZ/2018

SZ/172/2018

MCM/WSM/ZP1/2018

Do Wykonawców

ODRZUCENIE OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 17

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp.z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający Milickie Centrum Medyczne sp.z o.o., w Miliczu zawiadamia, że **odrzucono ofertę Nr 9 w zakresie Pakietu Nr 17 tj.: Billmed sp.z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa**, z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty wykonawcy: art. 89 ust. 1 pkt 2 (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty Wykonawcy: Oferta została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ proponowane produkty przez **Billmed sp.z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa** są niezgodne z SIWZ. Wykonawca zaproponował igły posiadające przyrządek tylko po dwóch stronach uchwytu (z czterech wymaganych), co powoduje niezgodność z wymogami SIWZ. Również w zakresie Pakietu nr 17 pozycja 10 Wykonawca zaproponował igły do biopsji umożliwiające pobranie próbki o wielkości 9,5mm lub 19mm, gdzie Zamawiający wymagał igieł do biopsji o wielkości 15mm lub 22mm, co powoduje niezgodność z wymogami SIWZ.

Z poważaniem,

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki

