

Milicz, 12.04.2018 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP1/2018

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: dotyczy Pakietu Nr 63, poz. 1:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 63 w pozycji nr 1 ma oczekiwać koca grzewczego na górną część ciała o wymiarach 198 x 61 skonstruowanego z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, który posiada 2 otwory do podłączenia dmuchawy, i w którym cała powierzchnia kocyka od strony pacjenta posiada drobne perforacje, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta i posiada specjalne odrywane paski, służące do mocowania kocyka na pacjencie i/lub do stołu operacyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza koc grzewczy o wyżej podanych parametrach.

PYTANIE NR 2: dotyczy Pakietu Nr 63, poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 63 w pozycji 2 oczekuje kocyka na dolną część ciała o wymiarach 152 x 91 skonstruowanego z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, który posiada 1 otwór do podłączenia dmuchawy, w którym część okrywająca stopy pacjenta jest nieogrzewana co ogranicza ryzyko uszkodzenia termicznego, i w którym cała powierzchnia kocyka od strony pacjenta posiada drobne perforacje, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza koc grzewczy o wyżej podanych parametrach.

PYTANIE NR 3: dotyczy Pakietu Nr 72, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 1 – 20 cm

dla pozycji 2 – 17 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4: dotyczy Pakietu Nr 73, poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

dla pozycji 1 – 17 cm

dla pozycji 2 – 20 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 5: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2, 3, 15, 17, 19, 13 i 16 :

Prosimy o wydzielenie poz.2,3,15,17,19,13,16 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2, 3, 15, 17, 19, 13 i 16 z Pakietu Nr 1 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 6: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3:

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka), przezroczysty cylinder dokładnie pokazujący zawartość strzykawki, wyraźne znaczniki skali, nie zawierają lateksu, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-foolia, strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml Luer Lock skala co 1 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 7: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier-foolia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 8: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15:

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 9: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15:

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości lateksu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wskazania ww. informacji.

PYTANIE NR 10: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 15:

Czy zamawiający wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga instrukcji użytkowania przyrządu TS w postaci piktogramów.

PYTANIE NR 11: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 12: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 17:

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 13: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 17:

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 14: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 15: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 17:

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 16: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia -sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 17: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 19:

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 18: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 19:

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu bursztynowego do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 19: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd bursztynowy do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 20: dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 19:

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bursztynowe bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu

indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 21: dotyczy Pakietu Nr 42, poz. 1:

Prosimy o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 42 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 22: dotyczy Pakietu Nr 42, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 42 w pozycji 2 dopuszcza wycenę za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 23: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe po 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 1 dopuszcza wycenę za opakowanie handlowe po 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 24: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 2 dopuszcza fartuch w rozmiarze uniwersalnym.

PYTANIE NR 25: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 2 dopuszcza wycenę za opakowanie 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 26: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 27: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 3:

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 28: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 3:

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 3 dopuszcza czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 29: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie czepka typu beret pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 30: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 4:

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², w kolorze

zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok.13 cm, bez możliwości wywinięcia, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 31: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 4:

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 4 dopuszcza czepek pakowany po 100 sztuk w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 32: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie czepka typu furażerka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 33: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie czepka typu furażerka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 34: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 35: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 46 w pozycji 6 dopuszcza wycenę za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 36: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 37: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 6:

Prosimy o dopuszczenie czepka typu furazerka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 38: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 7 i 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 7 i 8 dopuszcza wycenę za opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 39: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 9 dopuszcza wycenę za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 40: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 9:

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z włókniny polipropylenowej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 41: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 11:

Czy zamawiający dopuści pościel z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 42: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 11:

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, pakowany w opakowanie foliowe z etykietą zgodną z obowiązującymi normami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 43: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 12 i 13:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z krótkim rękawem, niebieska, SMS 35g/m², wiązana w pasie i przy szyi, rozmiar uniwersalny, wykonana z materiału: 100% SMS w kolorze niebieskim, o długości 110 cm i szerokości 140 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 44: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 12 i 13:

Czy zamawiający wymaga aby koszula dla pacjenta posiadała oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, klasa 1, niesterylna, ISO 13795:1-3?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 45: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 14:

Czy zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane z włókniny polipropylenowej o wymiarach 150 cm x 90 cm, gramatura 29 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 14 dopuszcza prześcieradło podfoliowane z włókniny polipropylenowej o wymiarach 150 cm x 90 cm, gramatura 29 g/m² z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 46: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 14:

Czy zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane z włókniny polipropylenowej o wymiarach 150 cm x 210 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 46 w pozycji 14 dopuszcza prześcieradło podfoliowane z włókniny polipropylenowej o wymiarach 150 cm x 210 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 47: dotyczy Pakietu Nr 46, poz. 15 – 17:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 15-17 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 15 – 17 z Pakietu 46 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 48: dotyczy Pakietu Nr 53, poz. 1 – 5:

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 53 pozycji nr 1-5 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 53A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 – 5 z Pakietu 53.

PYTANIE NR 49: dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 5 – 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie 55 w pozycji 5 – 6 dopuszcza wycenę za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 50: dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie 55 w pozycji 7 dopuszcza wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 51: dotyczy Pakietu Nr 55, poz. 7:

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 55 w pozycji 7 dopuszcza jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 52: dotyczy Pakietu Nr 61, poz. 2, 6, 9-17, 20-21, 23, 25-26, 28, 33:

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 61 wydzieli pozycje: 2,6,9-17,20-21,23,25-26,28,33 utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2, 6, 9-17, 20-21, 23, 25-26, 28, 33 z Pakietu Nr 61 do odrębnego pakietu.

PYTANIE NR 53: dotyczy Pakietu Nr 61, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 61 w pozycji 2 dopuszcza wycenę za opakowanie 50 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 54: dotyczy Pakietu Nr 61, poz. 13 i 14:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 61 w pozycji 13 i 14 dopuszcza wycenę za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 55: dotyczy Pakietu Nr 61, poz. 23:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 61 w pozycji 23 dopuszcza wycenę za opakowanie 144 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 56: dotyczy Pakietu Nr 82, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 82 w pozycji 1 dopuszcza wycenę za opakowanie 10 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

PYTANIE NR 57: dotyczy Pakietu Nr 82, poz. 1:

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 82 pozycji nr 1 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 82A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu Nr 82.

PYTANIE NR 58: dotyczy Pakietu Nr 86 poz. 5:

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego wyprodukowanego przez Sony czy też dopuszcza zaoferowanie papieru kompatybilnego innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 86 w pozycji 5 oczekuje papieru oryginalnego.

PYTANIE NR 59: dotyczy Pakietu Nr 86 poz. 9:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do Mitsubishi K-61B o wymiarach 110x20. Producent Mitsubishi skrócił ten papier do 20 metrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w Pakiecie Nr 86 w pozycji 9 papieru do Mitsubishi K-61B o wymiarach 110x20.

PYTANIE NR 60: dotyczy Pakietu Nr 86 poz. 13:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do EEG Schwarzer/Mortara ED-14 o wymiarach 210x300x1000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 1 blok.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości w taki sposób aby oferty innych oferentów i Państwa były porównywalne.

PYTANIE NR 61: dotyczy projektu umowy § 2 ust. 2:

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 62: dotyczy Pakietu Nr 67:

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w Pakiecie Nr 67 nie wymaga aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii.

PYTANIE NR 63: dotyczy Pakietu Nr 67:

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 67 wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego.

PYTANIE NR 64: dotyczy Pakietu Nr 37:

Jaką liczbę monitorów i kabli Mindray i Datex Ohmeda posiada Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada 7 monitorów i kabli Mindray i Datex Ohmeda.

PYTANIE NR 65: dotyczy Pakietu Nr 37:

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia kabli?


Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostarczenia kabli.

PYTANIE NR 66: dotyczy Pakietu Nr 37:

Która z poniższych końcówek łączy kabel monitora z przetwornikiem?

Connectors available



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje końcówkę z obrazka pierwszego (Abbott), która łączy kabel monitora z przetwornikiem.

PYTANIE NR 67: dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 poz. 3 zestawu do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowego, pediatrycznego o średnicy 4F.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 68: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 3 i 5, 6, 7, 8 i 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 17 igieł do znieczulenia o długości: poz. 3 i 5 - 100 mm w miejsce wymaganych 103 mm; w poz. 6, 7, 8 o długości: 120 mm w miejsce wymaganych 115 mm oraz w poz. 10 półautomatycznej igły do biopsji o długości 150 mm w miejsce wymaganych 160 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 17 igieł do znieczulenia o następujących długościach:

- w pozycji nr 3 i 5: 100 mm w miejsce wymaganych 103 mm,*
- w pozycji nr 6, 7 i 8: 120 mm w miejsce wymaganych 115 mm,*
- w pozycji nr 10: półautomatycznej igły do biopsji o długości 150 mm w miejsce wymaganych 160 mm.*

PYTANIE NR 69: dotyczy Pakietu Nr 61 poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektroda neutralna jednorazowa uniwersalna, dzielona po obwodzie o powierzchni styku 110 cm² z pierścieniem bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Elektroda wykonana z wodoodpornej elastycznej pianki, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem absorbującym wilgoć. Połączenie dwubiegunowe typu REM. Pakowana 5 sztuk. Na każdym pakowaniu instrukcja aplikacji i wklejki do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 70: dotyczy Pakietu Nr 61 poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu?

Żaden z producentów tych elektrod nie posiada pozostałego asortymentu a co za tym idzie nikt nie może zaoferować bezpośrednio Państwu produktu w rynkowej cenie. Na tak ułożony pakiet może złożyć ofertę tylko hurtownia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 1 z pakietu nr 61 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 71: dotyczy Pakietu Nr 16 poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zestawów typu Arrow do kaniulacji dwuświatłowy pediatryczny w rozm.4F. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 72: dotyczy Pakietu Nr 16 poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zestawów z cewnikiem 16cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 73: dotyczy Pakietu Nr 16 poz.1 - 2, 4 - 5:

Prosimy o potwierdzenie, że zestawy mają być wyposażone w minimum igłę punkcyjną 18G/6,35cm, prowadnicę, rozszerzadło, cewnik, skrzydełka do zamocowania cewnika (stałe+ruchome), cewnik, strzykawkę 5ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 74: dotyczy Pakietu Nr 38 poz.1 - 21:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek z wyraźnym znacznikiem do prawidłowego umieszczenia w tchawicy w postaci jednego grubego czarnego pierścienia wokół całego obwodu rurki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 75: dotyczy Pakietu Nr 38 poz.1 - 21:

Prosimy o dopuszczenie rurek wiodącego producenta Ruesch, z PCV.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 76: dotyczy Pakietu Nr 38 poz.22 - 24:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rurek z wyraźnym znacznikiem do prawidłowego umieszczenia w tchawicy w postaci szerokiej czarnej końcówki rurki wokół całego obwodu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 77: dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz z zakrętką poj. 100-120 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 78: dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 8:

Czy zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych 20 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 79: dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 9:

Czy zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych 35ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 80: dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 10 - 12:

Czy zamawiający dopuści pojemnik na wycinki do badań histopatologicznych z pokrywką wciskaną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 81: dotyczy Pakietu Nr 55 poz. 12:

Czy zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych zamykany na wcisk o poj. 2300 ml ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 82: dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8:

Czy zamawiający dopuści ustniki endoskopowe dla dorosłych opakowanie kartonowe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 83: dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 8, z pakietu 5 do osobnego zadania tak aby umożliwić składanie ofert tylko i wyłącznie na ten asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 8 z Pakietu Nr 5 do osobnego zadania.

PYTANIE NR 84: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy - tak jak obecnie stosowane - powinny być oznaczone na samym wyrobie min. logo producenta /analogicznie do wymaganych oznaczeń dla strzykawek czy przyrządów do przetoczeń będących przedmiotem zamówienia w tym pakiecie/, co pozwala na identyfikację produktu w trakcie całego okresu użytkowania, także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i długotrwałym użyciu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 85: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, strzykawki 50-60ml z końcówką cewnikową, z jednostronną skalą pomiarową /analogicznie do strzykawek 100ml z końcówką cewnikową z poz. 2, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 86: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4 - 5:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do insuliny i tuberkuliny - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać igły nakładane, a nie wtopione.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w pozycji 4 - 5 nie wymaga aby strzykawki do insuliny i tuberkuliny posiadały igły nakładane.

PYTANIE NR 87: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki 20ml, ze skalą w kolorze niebieskim lub czarnym, pakowane w opakowania zbiorcze a 50szt. /z odpowiednim przeliczeniem ilości/, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszczają.

PYTANIE NR 88: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki, powinny posiadać zakończenie luer-lock.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdzają.

PYTANIE NR 89: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11- 12:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne strzykawki do pomp infuzyjnych z jednostronną skalą pomiarową, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

W tym miejscu wskazujemy, iż stosowna dla tych wyrobów medycznych norma PN-EN 7886-2:2002 „Sterylne strzykawki jednorazowego użytku-Część 2 - Strzykawki do stosowania z pompami infuzyjnymi” dopuszcza stosowanie skali jednostronnej, a praktyczne zastosowanie

takiej skali nie zaburza odczytu optycznego, co może mieć miejsce w wypadku skali dwustronnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 90: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11- 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z pompami infuzyjnymi t.j. wyposażonymi w elementy konstrukcyjne takie jak zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym wokół ujścia oraz poprzeczne wcięcie na tłoku, umożliwiające w pełni stabilne osadzenie strzykawki w ramieniu pompy infuzyjnej, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 91: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 14- 15:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń krwi - tak jak obecnie stosowane - powinny analogicznie do przyrządów do przetoczeń płynów z poz. 17 posiadać cyt. „logo lub nazwę producenta na przyrządzie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 92: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu, powinny analogicznie do przyrządów do przetoczeń płynów z poz. 17 posiadać cyt. „logo lub nazwę producenta” oraz nazwę własną na przyrządzie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 93: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy z precyzyjnym regulatorem przepływu o dokładności wyższej do wskazanej w siwz, co poszerza możliwości terapeutyczne ich wykorzystania klinicznego, a wskazaną w siwz wartość cyt. „0-250ml” poszerzyć o niezbędny czynnik czasowy i traktować jako wymóg zaoferowania przyrządów z precyzyjnym regulatorem przepływu o minimalnej dokładności przepływu cyt. „0-250ml/h”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 94: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń - tak jak obecnie stosowane - powinny analogicznie do przyrządów do przetoczeń płynów z poz. 17 posiadać cyt. „logo lub nazwę producenta na przyrządzie”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 95: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik” oznacza wymóg zaoferowania przyrządów, które posiadają igłę biorczą zabezpieczoną min. filtrem bakteryjnym o skuteczności 99,9999% potwierdzoną laboratoryjnie wraz zamykaną klapką, co dopełni wymóg stawiany w siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 96: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 19:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do przetoczeń płynów i leków światłoczułych, wykonane w całości z pcv, ale bez zawartości ftalanów, z drenem o długości min. 150cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, europejskiego lidera w produkcji tego typu przyrządów, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż stawiane wymogu braku PCV tylko dla komory przyrządu, nie znajduje w naszej ocenie żadnego merytorycznego uzasadnienia, skoro płyn przepływa przez dren wykonany z pcv.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 97: dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 - 6:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny brzuszne wykonane z miękkiego pcv o jakości medycznej i twardości 65° ShA, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 98: dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 - 6:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny Kehra, o długości ramion 80 x 10cm - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 99: dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1 - 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Kehra, powinny być wykonane z lateksu silikonowanego, a jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym powinny być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie t.j. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 100: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „powlekany silikonem” oznacza, wymóg zaferowania cewników pokrytych zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub inną warstwą równoważną, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 101: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1 - 3:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki pediatryczne z balonem o pojemności 3ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 102: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4 - 10:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z balonem o pojemności 10ml lub 30ml /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 103: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4 - 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza

moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 104: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4 - 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya dla dorosłych (Ch12-18), ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewnia ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 105: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 12:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya w rozmiarze ch24-26, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 106: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 12:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z balonem 30-50ml oraz 4 oczkami przelewowymi, europejskiego lidera w produkcji tego typu cewników, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 107: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 13 - 14:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki silikonowe /100 silikon/, powinny posiadać w komplecie strzykawkę min. 10ml, wypełnioną 10% roztworem gliceryny do wypełnienia balonu stabilizacyjnego, co zapewnia wygodne wykonanie procedury oraz optymalne warunki do długoterminowego utrzymania cewnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 108: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 21:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do kaniulacji żyły pępowinowej w rozmiarze 7-8F, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 109: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 21:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki pępowinowe, zgodnie z zapisami załącznika I Dyrektywy 67/548/EWG oraz załącznika II Dyrektywy 2007/47/EC powinny być pozbawione szkodliwych dla zdrowia frakcji ftalanów (DEHP), ale także PCV i lateksu jako substancji powodującej w znacznym stopniu niepożądane reakcje alergiczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 110: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 21:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki pępowinowe, powinny być wykrywalne radiologicznie oraz skalowane min. od 4 do 25cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 111: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 21:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki pępowinowe ze względu na szczególny charakter ich zastosowania, powinny być pakowane w pełni bezpieczne, sztywne opakowania typu tubus.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 112: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 27 - 33:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Tiemanna, powinny posiadać uniwersalne łączniki z kolorowym kodem identyfikującym rozmiar oraz wyraźny wskaźnik wygięcia cewnika, co precyzyjnie określa jego położenie w trakcie wykonywania procedury,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 113: dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 34:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zatyczki do cewników, powinny być sterylne, pojedynczo pakowane w opakowanie łatwe do otwarcia, umożliwiające aseptyczne wyjęcie

zatzczki, z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym minimum daty ważności, numeru serii oraz nazwy producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 114: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki do venflonów, ze względu na wymaganą aseptykę użytkowania, powinny posiadać trzpień zamykający światło kaniuli, położony poniżej własnej krawędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 3 dopuszcza aby oferowane koreczki do venflonów, ze względu na wymaganą aseptykę użytkowania, posiadały trzpień zamykający światło kaniuli, położony poniżej własnej krawędzi.

Zamawiający wymaga aby oferowane koreczki do venflonów były kompatybilne z pozycją 1 i 2 Pakietu 7.

PYTANIE NR 115: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki do venflonów, powinny być pojedynczo pakowane w opakowanie łatwe do otwarcia, umożliwiające aseptyczne wyjęcie koreczka, z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym minimum daty ważności, numeru serii oraz nazwy producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 3 dopuszcza aby oferowane koreczki do venflonów były pojedynczo pakowane w opakowanie łatwe do otwarcia, umożliwiające aseptyczne wyjęcie koreczka, z oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym minimum daty ważności, numeru serii oraz nazwy producenta.

Zamawiający wymaga aby oferowane koreczki do venflonów były kompatybilne z pozycją 1 i 2 Pakietu 7.

PYTANIE NR 116: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane koreczki do venflonów powinny posiadać logo lub nazwę producenta na samym wyrobie, co zapewnia ich identyfikację w warunkach klinicznych po wyjęciu z opakowania jednostkowego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 3 dopuszcza aby oferowane koreczki do venflonów posiadały logo lub nazwę producenta na samym wyrobie.

Zamawiający wymaga aby oferowane koreczki do venflonów były kompatybilne z pozycją 1 i 2 Pakietu 7.

PYTANIE NR 117: dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do odsysania pola operacyjnego o średnicy zewnętrznej drenu Ch24 /t.j. o 0,33mm węższego od wymaganego w siwz/ spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 118: dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do odsysania pola operacyjnego, ze względu na wymogi postępowania aseptycznego na bloku operacyjnym, powinny być pakowanie w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 119: dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki dopępowinowe powinny być wykonane z medycznej odmiany termoplastycznego pcv lub innego materiału wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 120: dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki dopępowinowe powinny być wykrywalne radiologicznie oraz skalowane min. co 5cm od 5 do 25cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 121: dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - 4:

W związku z faktem, iż cewniki typu Thorax posiadają standardowe rozmiary co 4Ch, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rozmiary Ch 16, 20, 24, 28 - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 13 w pozycjach 1 – 4 dopuszcza ww. cewnik lub równoważny.

PYTANIE NR 122: dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia są cewniki typu Thorax z trokarem - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 123: dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż cewniki typu Thorax - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie wielkości rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające dobór rozmiaru w zależności od potrzeb klinicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 124: dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż cewniki typu Thorax - tak jak obecnie stosowane - powinny ze względu na szczególny charakter ich zastosowania być pakowane w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 125: dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1 - 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż cewniki typu Thorax - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w warunkach klinicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 126: dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5 - 8:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki urologiczne Pezzera - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać minimum 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, które zapewniają skuteczny drenaż na poziomie zakładanym przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 127: dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 5 - 8:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki urologiczne Pezzera jako wyroby zakładane na bloku operacyjnym powinny być pakowane w sposób umożliwiający ich aseptyczne użytkowanie t.j. w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 128: dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 3 - 6:

Prosimy o dopuszczenie tolerancji rozmiaru w średnicy wkłucia pediatrycznego i dopuszczenie w poz. 3 - średnicy rozmiaru 4-4,5F (analogicznie do tolerancji rozmiaru średnicy w poz. 6 - 5-5,5F), przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 129: dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 3 - 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane pediatryczne zestawy do kaniulacji dużych naczyń - tak jak obecnie stosowane - powinny być zakładane metodą Seldingera i powinny mieć możliwość identyfikacji położenia za pomocą odprowadzeni EKG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 130: dotyczy Pakietu Nr 16 poz. 3 - 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „prowadnica odporna na zginanie” oznacza wymóg, aby prowadnica wykonana była z nitinolu - tak jak w obecnie stosowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 131: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły o długości 88-90mm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 132: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły 27G, analogicznie do igieł 27G z poz. 3, powinny posiadać uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony igły pryzmatem, zmieniającym barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 133: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły 26G o długości 4" lub 4 3/4" - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 134: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły 27G, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 135: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 6 - 8:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły z prowadnicą o długości 38-40mm o długości 115-120mm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 136: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły z prowadnicą 22G - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 137: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 7 - 9:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły 25G i 27G, analogicznie do igieł 27G z poz. 3, powinny - tak jak obecnie stosowane - posiadać uchwyt z cyt. „wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony igły przyzmatem, zmieniającym barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 138: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis cyt. „gługość” jest omyłką pisarską i oznacza wymagana długość igły.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 139: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z regulowaną długością cięcia” oznacza wymóg zaoferowania igieł do półautomatycznej biopsji tkanek miękkich, gdzie istnieje możliwość regulacji wielkości pobieranego bioptatu w zakresie 15 lub 22mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 140: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać dokładne skalowanie, wzmocnioną lożę mandrynu, dystalny koniec igły widoczny w usg oraz specjalną podkładkę stabilizującą igłę w trakcie wykonywania procedury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 141: dotyczy Pakietu Nr 17 poz. 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony igły przyzmatem, zmieniającym barwę natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 142: dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane łączniki kątowe, to łączniki typu „martwa przestrzeń”, wykonane z pcv, o gładkim świetle, ze spiralnymi wzmocnieniami ścian, zapobiegającymi zamknięciu światła przy wyginaniu lub skręcaniu, o długości 10cm ze standardowym złączem pacjenta 22M/15F, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 143: dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz „15mm” oznacza wielkość złącza oznaczane standardowo jako 15M.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 144: dotyczy Pakietu Nr 28 poz. 3, 5, 7:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zgłębniki żołądkowe o długości 75-80cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 145: dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 6 - 9:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania, przynajmniej w najczęściej używanych rozmiarach, powinny posiadać numeryczne oznaczenie rozmiaru, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru, w każdym momencie wykonywania procedury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 146: dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 6 - 9:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki, powinny być pakowane na wprost /bez zawijania/ w opakowania typu folia/papier z otworem do zawieszenia przy stanowisku pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 147: dotyczy Pakietu Nr 36 poz. 6 - 9:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać „zmrożoną-satynową” powierzchnię, umożliwiającą, bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej, co zapewnia bezpieczny przebieg procedury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 148: dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 1 - 21:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać czytelne oznaczenia znaczników głębokości, z których ostatni znacznik znajdujący się powyżej mankietu jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wzrokową identyfikację położenia rurki, co ułatwia wykonanie procedury w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 149: dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 17 - 21:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki zbrojone silikonowane - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 150: dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 22 - 24:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez balonika przeznaczone dla najmniejszych pacjentów, ze względu na wrażliwość błon śluzowych pacjentów, powinny charakteryzować się wysokim stopniem atraumatyczności, a tym samym powinny być wykonane z mieszaniny medycznej jakości pcv oraz silikonu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 151: dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 22 - 24:

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne bez balonika - powinny posiadać oznaczenie zarówno na samym wyrobie jak i opakowaniu jednostkowym min. nazwy lub logo producenta, numeru katalogowego oraz rozmiaru rurki, co jest niezbędne do ich identyfikacji w warunkach klinicznych, szczególnie u najmłodszych pacjentów najbardziej narażonych na błędy jatrogenne i różnego rodzaju powikłania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 152: dotyczy Pakietu Nr 38 poz. 22 - 24:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez balonika, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowane co min. 0,5cm co umożliwi bardzo dokładną identyfikację położenia rurki przez cały okres zaintubowania najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 153: dotyczy Pakietu Nr 39 poz. 13 - 19:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel, powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru widoczny wzdłuż całej rurki, zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, co umożliwi bezbłędną identyfikację rozmiaru w warunkach klinicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 154: dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 1 - 3:

Prosimy o korektę omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na prowadnice do rurek intubacyjnych dla dzieci, a nie jak mylnie opisano „dla dorosłych”, o czym świadczą wymagane rozmiary prowadnic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska i wymaga złożenia ofert na prowadnice do rurek intubacyjnych dla dzieci.

PYTANIE NR 155: dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie do składania prowadnic o tolerancji rozmiaru średnicy zewnętrznej +/- 0,05 mm oraz długości 220mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 156: dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie do składania prowadnic o długości 225mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 157: dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 3:

Prosimy o dopuszczenie do składania prowadnic do rurek intubacyjnych o średnicy wewnętrznej 2,5mm oraz długości 220mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 158: dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na prowadnice w rozmiarach 5,0 o długości min. 60cm oraz 37cm /do wyboru przez Zamawiającego/, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 159: dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 6 - 7:

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarach 6,0-10,0 o długościach 600 i 370mm /do wyboru przez Zamawiającego/, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ, co poszerzy możliwość pozyskania zamówienia od wielu Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 160: dotyczy Pakietu Nr 43 poz. 10 - 11:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy w poz. 10 przeznaczone są do rurek intubacyjnych, a w poz. 11 do rurek tracheostomijnych /mimo błędnego zapisu cyt. „o długości 540 mm do rurek intubacyjnych"/, a tym samym w poz. 10 Zamawiający wymaga cewnika o długości 540 mm, a w poz. 11 cewnika o długości 305 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 161: dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 1 - 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu opłucnej - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie wielkości rozmiaru zgodne z ISO, ułatwiające dobór rozmiaru w zależności od potrzeb klinicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 162: dotyczy Pakietu Nr 44 poz. 1 - 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny do drenażu opłucnej - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w warunkach klinicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 163: dotyczy Pakietu Nr 47 poz. 3:

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena - tak jak obecnie stosowane - powinny być wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu, powinny posiadać długość min. 100cm oraz czytnik położenia RTG pomiędzy balonami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 164: dotyczy Pakietu Nr 53 poz. 6 - 7:

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z mankietem niskociśnieniowym typu Soft-Seal”, oznacza wymóg zaferowania masek z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenu azotu, z balonikiem kontrolnym oznaczonym maksymalną objętością wypełnienia mankieta, nazwą producenta i rozmiarem maski - tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 165: dotyczy Pakietu Nr 70 poz. 1 - 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż zestawy do cystostomii, powinny posiadać w składzie minimum następujące elementy: kateter 14F i 12F typu pigtail o długości 45cm, igłę rozrywalną 14F i 12F o długości 12cm, kołnierz mocujący, strzykawkę 10ml luer-lock oraz skalpel i opaskę stabilizującą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 166: dotyczy Pakietu Nr 79 poz. 1 - 2:

Prosimy o poprawienie ewentualnej omyłki pisarskiej i/lub dopuszczenie do składania ofert na zestawy do nefrostomii z przewodnicą 0,9 x 900mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 167: dotyczy Pakietu Nr 42 poz.2:

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 42 poz.2, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający miał na myśli ww. szczoteczki cytologiczne.

PYTANIE NR 168: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd z filtrem p/bakteryjnym 1,2 µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 169: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd z filtrem p/bakteryjnym 0,1 µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 170: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,33 x 13mm zamiast 0,33 x 12mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 171: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 172: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 173: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 11, 12:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 174: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści: Przyrząd do przet. płynów infuzyjnych bez ftalanów. Komora kroplowa wykonana z polipropylenu wolna od PCV, długość komory (część przezroczysta) 55mm. Dren długości 150 cm. Igła biorcza ścięta standardowo z ostrym kolcem. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci 'pochewki", zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze Logo lub nazwa producenta na przyrządzie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 175: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści: Przyrząd do przet. płynów infuzyjnych bez ftalanów. Komora kroplowa wykonana z polipropylenu wolna od PCV, długość komory (część przezroczysta) 55mm. Dren długości 180 cm. Igła biorcza ścięta standardowo z ostrym kolcem. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci 'pochewki", zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze Logo lub nazwa producenta na przyrządzie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 176: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści: Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0-300ml, sterylny, bez ftalanów, dren 180 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 177: dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 17, 19:

Czy Zamawiający dopuszcza także przyrządy, których komora wykonana jest z medycznego PVC. Przyrządy w całości wolne od toksycznych ftalanów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 178: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1:

Proszę o dopuszczenie kaniuli:

- Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu
- Wyposażona w cztery paski radioceniujące
- Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i jednocześnie zapobiega jego nawrotowi
- Posiada samozamykający się korek portu bocznego kodowany kolorystycznie
- Gładka miękka, elastyczna powierzchnia
- Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekami krwi typu "BLOOD STOPPER"
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu,
- Skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją
- Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia
- Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

(papier klasy medycznej, tj. papier-folia)

- Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływach; data sterylizacji, ważności, nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula, nazwa i adres producenta

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45 | 90 |
| | | 1,20 x 38 | |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 33 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 | 13 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 179: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1:

Proszę o dopuszczenie kaniuli:

- Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)
- Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radiocieniujące)
- Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekami krwi
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie, polimerowe zabezpieczenie igły po użyciu
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 90 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 56 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 180: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu Nr 7.

PYTANIE NR 181: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2:

Proszę o dopuszczenie kaniuli:

- Cewnik wykonany z FEP (teflon), wolna od PHT (DEHP)

- Widoczna w USG i RTG (posiada dwa paski radioceniujące)
- Posiada samodomykający się koreczek portu bocznego (iniekcyjnego)
- Zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku
- Wyposażona w filtr hydrofobowy umożliwiający odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekami krwi
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu, skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę
- Igła silikonizowana, trójkątne ostrze igły, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie, polimerowe zabezpieczenie igły po użyciu
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

| Kod koloru | Rozmiar (GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 90 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 56 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 182: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3, 4:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 i 4 z Pakietu Nr 7.

PYTANIE NR 183: dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3, 4:

Proszę o odstąpienie od wymogu. Aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta. Każdy koreczek i kaniula, dopuszczone do obrotu, są wykonywane zgodnie z powszechnie stosowanymi normami i standardami medycznymi i są z sobą kompatybilne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu. Zamawiający wymaga aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta.

PYTANIE NR 184: dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1 - 10:

Proszę o dopuszczenie igły z nasadką z polipropylenu i osłonką igły z polietylenu. Materiał, z którego wykonana jest osłonka służy jedynie do zabezpieczenia igły, nie ma ona kontaktu z substancją medyczną. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 185: dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1 - 10:

Proszę o dopuszczenie igieł w opakowaniach, którego jakość papieru klasy medycznej jest zgodna z normą: STN EN 868-6.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 186: dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z materiału FEP. Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 187: dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z materiału poliuretan. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 188: dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści kaniule widoczne nie tylko w USG, ale także w RTG, a więc kaniule posiadające paski radiocieniujące? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 189: dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1, 2:

Proszę o dopuszczenie kaniul pakowanych po 100 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści kaniule pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 190: dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 5, 6:

Proszę o dopuszczenie motylków pakowanych po 100 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści motylki pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 191: dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 7:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z materiału poliuretan. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 192: dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 7:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli typu Flow Switch w rozmiarze 20G 1,1 x 45 mm, gdyż nie istnieje na rynku kaniula opisana w SIWZ, czyli 10 mm x 45 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 193: dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1:

Czy Zamawiający pod określeniem „wejścia do odsysania” rozumie porty pełniące rolę portów do odsysania i do bronchoskopii zamykane zatraskowym kapturkiem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 194: dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści łącznik z rury rozciągliwej od 7 do 15 cm z pamięcią kształtu i zakończeniami 22F/ 22M/15F ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 195: dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z pułapkami wodnymi o długości rur 160 cm i gałęzią o długości 50 centymetrów, łącznikiem Y z portami zabezpieczonymi zatyczkami przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 196: dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga aby 2 litrowy worek oddechowy był wyposażony w antyokluzyjne mocowanie klatkowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 197: dotyczy Pakietu Nr 53 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce maseczki dla niemowląt bardzo delikatnych bezftalanowych wążów tlenowych dla noworodków. W przypadku negatywnej odpowiedzi na naszą prośbę prosimy o wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 198: dotyczy Pakietu Nr 53 poz. 6 i 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych w rozmiarach 4,0 i 5,0 z mankietem niskociśnieniowym wykonanych w technologii nie wymagającej zastosowania cechy „SOFT-SEAL” charakterystycznej dla jednego producenta na rynku masek krtaniowych .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 199: dotyczy Pakietu Nr 53 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną w rozmiarze 1 o połączeni 15M ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 200: dotyczy Pakietu Nr 53 poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie dla pozycji od 8 do 12 masek anestetycznych jednorazowych, które w miejsce nadmuchiwanego mankieta mają miękki mankieta z elastomeru bardzo szczelnie dopasowujący się do twarzy pacjenta a tym samym dokładnie uszczelniający przestrzeń pod maską. Maski te wykonane są z polipropylenu o doskonałej przezierności oraz nie zawierają PCV a tym samym są bezftalanowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 201: dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie czy w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nie ma błędu w ust 2? Zamówienie publiczne ma zostać udzielone na okres 24 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

PYTANIE NR 202: dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.1) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 7 ust. 1.1.

PYTANIE NR 203: dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.2) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 7 ust. 1.2.

PYTANIE NR 204: dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 4 Istotnych postanowień umownych na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 7 ust. 4.

PYTANIE NR 205: dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 Istotnych postanowień umownych na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 11.

PYTANIE NR 206: dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie natomiast cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze SIWZ rozdział XVII pkt. 2, ppkt. 3a.

PYTANIE NR 207: dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 3) b) na: „dwukrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 7 ust. 3b

PYTANIE NR 208: dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 14, 15:

Czy Zamawiający wymaga łyżek j/u, światłowodowych, metalowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga ww. łyżek.

PYTANIE NR 209: dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 14, 15:

Czy Zamawiający dopuści łyżki niesterylne, zdezynfekowane, gotowe do użytku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 210: dotyczy Pakietu Nr 23 poz. 14, 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 i 15 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie korzystniejszej ceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 14 i 15 z Pakietu Nr 23 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 211: dotyczy Pakietu Nr 60:

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii, dające ochronę przed światłem w zakresie 210nm-780nm, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy

noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 212: dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyczka o rozmiarze 4.5 F i długości 65 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. koszyczka.

PYTANIE NR 213: dotyczy Pakietu Nr 71 poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznego zestawu do szynowania moczowodów o rozmiarze 4.7 F, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. zestawu.

PYTANIE NR 214: dotyczy Pakietu Nr 71 poz. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznego zestawu do szynowania moczowodów o rozmiarze 8.0 F, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. zestawu.

PYTANIE NR 215: dotyczy Pakietu Nr 79 poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do nefrostomii z rozszerzadłami 10,12,14 CH z drutem o rozmiarze .038 cala i długości 80 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. zestawu.

PYTANIE NR 216: dotyczy Pakietu Nr 79 poz. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do nefrostomii z rozszerzadłami 7.0, 8.0, 9.0 CH z drutem o rozmiarze .038 cala i długości 80 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. zestawu.

PYTANIE NR 217: dotyczy Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ oraz pkt. 2 Formularza oferty:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej polegającej na określeniu czasu trwania umowy na 12 miesięcy, zamiast na 24 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmieni zapis Rozdziału XI pkt. 2 wpisując „w okresie 24 miesięcy” oraz zmieni pkt. 2 Formularza oferty wpisując 24 miesiące.

PYTANIE NR 218: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 11 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 75 poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z datą ważności 6 miesięcy od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. próbek.

PYTANIE NR 219: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 12 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 75 poz. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek z datą ważności 4 miesiące od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. próbek.

PYTANIE NR 220: dotyczy Pakietu Nr 75 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie numeracji pozycji w Pakiecie nr 75. Nie ma pozycji nr 4, 5, dwa razy jest pozycja nr 8.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z tym że Zamawiający będzie zamawiał asortyment wymieniony w formularzu cenowym według kodów katalogowych, a nie pozycji formularza cenowego. Pozostawiamy numerację pozycji bez zmian.

PYTANIE NR 221: dotyczy Pakietu Nr 75 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Zwracamy się z zapytaniem czy cena jednostkowa netto i brutto powinna zostać podana za 1 szt. czy za 1 opakowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Cena jednostkowa netto i brutto powinna zostać podana za 1 sztukę.

PYTANIE NR 222: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza igłą motylkową nr 8 z igłą 0,8mm (21 G)x19 mm z wężykiem o długości 305 mm (30,5 cm) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 223: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 7 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy w trosce o komfort pracy personelu pielęgniarzkiego Zamawiający będzie wymagał igłę z wizualizacją fabrycznie połączoną z uchwytem (komplet z zabezpieczeniem p/zakłuciowym) do pobrania krwi w okienkiem wizualizacyjnym od 0,6- 1,0 cm?

Rozwiązanie to umożliwi w sposób jednoznaczny wizualizację naczynia żylnego w tzw. „trudnych pobraniach”, u chorych starszych ze zniszczonym łożyskiem naczyniowym, w pediatrii, u chorych otyłych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 224: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 8 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza rurki do OB z podziałką 0-180 mm i uszczelką mocującą rurkę w próbówce pakowane w bezpieczne opakowanie po 200 szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 225: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 11 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby w trosce o prawidłowość odwzorowania parametrów ukł. krzepnięcia zwłaszcza APTT u chorych leczonych antykoagulantami, minimalna przestrzeń martwa nie była większa niż 1,0 cm? Wymóg ten jest uzasadniony w wielu opracowaniach klinicznych, naukowych potwierdzonych obserwacjami praktycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 226: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 12 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby w trosce o prawidłowość odwzorowania parametrów ukł. krzepnięcia zwłaszcza APTT u chorych leczonych antykoagulantami, minimalna przestrzeń martwa nie była większa niż 1,0 cm? Wymóg ten jest uzasadniony w wielu opracowaniach klinicznych, naukowych potwierdzonych obserwacjami praktycznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE NR 227: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 21 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza próbówki do pobierania krwi włośniczkowej z EDTA pakowane w najmniejsze opakowanie handlowe po 200 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 228: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 22 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuszcza próbówki do pobierania krwi włośniczkowej z aktywatorem krzepnięcia pakowane w najmniejsze opakowanie handlowe po 200 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 229: dotyczy Pakietu Nr 75, poz. 25 Załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 75 nalepki o wym.: 40x20, papierowe, samoprzylepne, bez nadruku? Producent systemu krwi do badań laboratoryjnych nie posiada w swojej ofercie nalepek z uwagi na fakt, iż każda próbówka posiada takowe rozwiązanie w postaci fabrycznie naklejonej etykiety na poszczególną próbówkę. Wymóg ten uniemożliwia złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 25 z Pakietu Nr 75.

PYTANIE NR 230: dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści: kaniule dożylnie wykonane z poliuretanu, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność, z 3 paskami dającymi dobry kontrast w RTG, z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, rozmiary:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 231: dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści: kaniule dożylnie bezpieczne wykonane z poliuretanu, z 3 paskami dającymi dobry kontrast w RTG, z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, rozmiary:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 232: dotyczy Pakietu Nr 77:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

| PARAMETRY | PASKI TESTOWE |
|------------------------------------|--|
| METODA POMIARU | biosensoryczna |
| ENZYM | dehydrogenaza glukozy |
| WIELKOŚĆ PRÓBKII | 0,6 µl |
| TYP KRWI | włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa |
| JEDNOSTA MIARY | mg/dl |
| ZAKRES POMIARU | 20-500 mg/dl |
| CZAS POMIARU | 5 sek |
| ZAKRES HEMATOKYTU | 15-65 % |
| CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI | badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki |
| MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA | nie |
| PAKOWANIE PASKÓW | Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym. |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | 4-30 stopni |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 15-40 STOPNI |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

| PARAMETRY | GLUKOMETR |
|---|--|
| PROCEDURA TESTOWA | amperometria |
| KALIBRACJA | osocze |
| TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru | mechaniczna (pasek kalibrujący) |
| WYŚWIETLACZ | CYFRY 1,9 CM |
| PAMIĘĆ | 1000 wyników |
| ZASILANIE | 2 baterie CR 2032 |
| ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII | 3000 |
| AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE | po 120 sek |
| WAGA | 33-37 gramów |
| TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | OD -20 DO 60 STOPNI |
| TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU | 10-50 STOPNI |
| KOMUNIKATY | LO, HI, KETONES |
| WSKAZANIA DO STOSOWANIA | Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym |
| ISO 15197-2013 | Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego |
| Brak automatycznego wyrzutu paska | Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru |

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian opis przedmiotu zamówienia (zgodnie ze SIWZ).

PYTANIE NR 233: dotyczy Pakietu Nr 77:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby płyny kontrolne były dostarczone na dwóch poziomach: wysokim i niskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby płyny kontrolne były dostarczone na dwóch poziomach: wysokim i niskim + NORMAL.

PYTANIE NR 234: dotyczy Pakietu Nr 77:

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości glukometrów jakia powinna zastać dostarczona w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą pasków 100 sztuk glukometrów + około 100 sztuk na ewentualne wymiany w okresie 2 letniej realizacji umowy.

PYTANIE NR 235: dotyczy Pakietu Nr 77:

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości płynów kontrolnych jaka powinna zostać dostarczona w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania płynów kontrolnych w ilości 100 sztuk.

PYTANIE NR 236: dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony zgodnie postanawiają, że ograniczenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2, nie będzie stanowiło odstąpienia od umowy w tej części, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności z tytułu utraconych korzyści, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 237: dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego?

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności CE oferowanego sprzętu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 2 ust. 4 wzoru umowy.

PYTANIE NR 238: dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wstępne reklamacje, dotyczące zarówno ilości, jak i jakości dostarczonego towaru Zamawiający zgłaszać będzie w ciągu 48 godzin od dostawy. Wykonawca wymieni wyroby o wadliwej jakości na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 4 ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 239: dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W sytuacji niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku utrzymania stałości cen Zamawiający ma prawo zakupić towar od innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 6 ust. 2 wzoru umowy.

PYTANIE NR 240: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1, 1.2, 1.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 7 ust. 1.1, 1.2, 1.4 wzoru umowy.

PYTANIE NR 241: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„5% wartości brutto części umowy pozostawianej do realizacji - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w szczególności w przypadku:

- a) dwukrotnej nieterminowej realizacji dostaw,
- b) dwukrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia,
- c) trzykrotnej reklamacji przedmiotu zamówienia,”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w § 7 ust. 1.3 doda zapis o treści „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”.

PYTANIE NR 242: dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru Zamawiający może, zachowując prawo do żądania zapłaty kary umownej, zakupić ten towar od innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 7 ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 243: dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. W takich przypadkach oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia wskazanej przyczyny.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 8 ust. 2 wzoru umowy.

PYTANIE NR 244: dotyczy warunków umowy § 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności (roszczeń) przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 11 wzoru umowy.

PYTANIE NR 245: dotyczy warunków umowy § 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy § 5 wzoru umowy.

PYTANIE NR 246: dotyczy warunków umowy § 5, poz. 4, 5, 6, 7, 8:

Prosimy o wydzielenie pozycji 4, 5, 6, 7, 8 do oddzielnego pakietu np. 5A, i dopuszczenie w ramach tych pozycji asortymentu o zbliżonych parametrach tj.:

- w poz. 4 pętla o śr. 10, 15, 25, 35 mm (zamiast 30 mm), śr. osłonki 2,3 mm, o zbliżonej średnicy drutu,

- w poz. 5 szczotka do zaworków, o śr. 5 i 12 mm i dł. odpowiednio 40 i 60 mm,

- w poz. 6 szczotka do kanału o śr. włosa 5 mm (zamiast 6 mm) i śr. cewnika prowadzącego 2,2 mm (zamiast 1,7 mm),

- w poz. 7 kleszczyki standardowe w dwóch długościach 160 cm i 180 cm, bez przyrządu do pobierania próbek,

pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydzielił pozycji 4, 5, 6, 7, 8 z Pakietu Nr 5 do oddzielnego pakietu.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 20.04.2018 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.


PROKURENT
Anka Poświatowska