

Milicz, 21.05.2018 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP2/2018**

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zespołów klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku, śrubopłyt, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne (11 pakietów).**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śrubopłyta typu DSB o różnych długościach (w przewodzie 4-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm. Kąt 135-130 stopni. W zestawie: - śruba doszyjkowa standardowa - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym (bez zapisu opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2: dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Śrubopłyta typu DSK o różnych długościach (w przewodzie 6-otworowa). Płyty z otworami pozwalającymi na kompresję. Pod wkręty korowe 4,5mm oraz pod wkręty gąbczaste śr. 6,5mm w części przytulejowej. Kąt 95 stopni. W zestawie: - śruba dokłtykciowa standardowa - śruba kompresyjna, - wkręty korowe śr. 4,5mm z łbem pod otwory płyty, gniazdem imbusowym (bez zapisu opcjonalnie z gwintem do kości osteoporotycznej)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 3: dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płyta wąska ok.. 10mm cienka 3 mm z otworami w jednym rzędzie, pod wkręty o średnicy 4,5mm 2-6otworowa, stalowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 4: dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płyta kompresyjna wąska około 12mm, cienka około 4,0mm, 4-8 otworowa pod wkręty o średnicy 4,5mm stalowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 5: dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty klasyczne korowe \varnothing 4,5mm z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry tylko z gniazdami sześciokontnymi (imbus).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6: dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płyta kompresyjna szeroka około 16mm, gruba około 4,8 mm 6-12 otworowa długości od 80-160mm, pod wkręty średnicy 4,5mm, stalowa

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 7: dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwoździe Rusha (średnice od 2,5-4mm; długości 200-300mm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8: dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kaniulowane samowierzące o różnych długościach (od 16mm do 72mm). Wkręty z pełnym gwintem i częściowo gwintowane (długość gwintu odpowiada 1/3 długości wkrętu); o średnicy gwintu 4-4,5mm. Z gniazdem imbusowym lub torx.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie ww. wkrętów.

PYTANIE NR 9: dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kaniulowane samowierzące o różnych długościach (od 45mm do 120mm). Wkręty z pełnym gwintem i częściowo gwintowane (długość gwintu minimum 32mm); o średnicy gwintu 6,5-7mm. Z gniazdem imbusowym lub torx.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 10: dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane samowierzące o różnych długościach (od 10mm do 30mm). Wkręty częściowo gwintowane (długość gwintu odpowiada około 1/3 długości wkrętu); o średnicy gwintu 3,0mm. Z gniazdem imbusowym lub torx.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrażą zgody.

PYTANIE NR 11: dotyczy Pakietu Nr 8:

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści ww. zestaw.

PYTANIE NR 12: dotyczy Pakietu Nr 8:

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga koncentracji płytek (jako źródła czynników wzrostu) w produkcie końcowym na poziomie powyżej 1mln.płytek w mikrolitrze – jako naukowo potwierdzony warunek skutecznej terapii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 13: dotyczy Pakietu Nr 8:

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga sprawdzenia koncentracji w formie badania morfologicznego przeprowadzonego w wyznaczonym terminie, na koszt firmy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 14: dotyczy Pakietu Nr 8:

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga aby separacja czynników wzrostu przy użyciu elektronicznych czujników - System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (komórek macierzystych, płytek krwi-czynników wzrostu)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 15: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 69-94 mm zamiast 70-90 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 16: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.2:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki lewej/prawej o dł. 91-163mm zamiast 10-150mm lub o dł. 90-160 mm zamiast 100-150 mm, uniwersalnej do lewej i prawej kończyny zamiast lewej i prawej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 17: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytek ramiennych dalszych: przyśrodkowej o dł. 59-136 mm, tylny bocznej i tylny-bocznej z hakiem o dł. 65-142 mm, zamiast opisanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. płytek.

PYTANIE NR 18: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.4:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 107-159 mm zamiast 110-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 19: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 106-184 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 20: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 116-194 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 21: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 86-177 mm zamiast 90-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 22: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.8:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaferowania płytki wąskiej o szerokości 12 mm i o dł. 59-163 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 23: dotyczy Pakietu Nr 1, poz.9:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 85-190 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 24: dotyczy Pakietu Nr 2, poz.3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania gwoźdźcia piszczelowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. gwoźdźcia.

PYTANIE NR 25 dotyczy Pakietu Nr 3 i 4:

Czy Zamawiający wymaga zaferowania w Pakiecie nr 3 i 4 implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga ww. implantów.

PYTANIE NR 26 dotyczy Pakietu Nr 3 i 4:

Dotyczy Pakietu nr 3 i 4: W celu ujednoczenia składanych ofert, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów korowych składających się na jeden zestaw.

Odpowiedź Zamawiającego:

W skład jednego zestawu wchodzi 4 wkręty korowe.

PYTANIE NR 27 dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania płytki z otworami pod wkręty o średnicy 3,5 mm zamiast 4,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 28 dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 103-199 mm zamiast 80-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. płytki.

PYTANIE NR 29 dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 7 dopuści możliwość zaferowania gwoździ Rusha o średnicach od 2,4 – 4,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania ww. gwoździ.

PYTANIE NR 30 dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. Pakiet nr 5, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w ww. zakresie, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych.

PYTANIE NR 31 dotyczy Pakietu Nr 5:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nadzoru okresowych kontroli złożonych instrumentarium w związku z faktem, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia instrumentarium w zakresie Pakietu nr 5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odstąpi od ww. wymogu w zakresie Pakietu Nr 5.

PYTANIE NR 32 dotyczy Pakietu Nr 6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. Pakiet nr 6, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w ww. zakresie, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych.

PYTANIE NR 33 dotyczy Pakietu Nr 6, poz.1:

Czy zamawiający dopuści śruby o poniższych parametrach:

Tytanowa śruba kaniulowana \varnothing 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm, przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści tytanową śrubę kaniulowaną \varnothing 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadającą również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm, przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint

PYTANIE NR 34 dotyczy Pakietu Nr 6, poz.2:

Tytanowa śruba kaniulowana \varnothing 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję kaniulacja \varnothing 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści tytanową śrubę kaniulowaną \varnothing 6.5 mm, sterylną, niski profil głowy, posiadającą również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję kaniulacja \varnothing 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm.

PYTANIE NR 35 dotyczy Pakietu Nr 6, poz.3:

W związku z tym, że Zamawiający wymaga śrub o średnicy 2 – 2,5 mm, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub o średnicach 2,0 oraz 3,0 o poniższych parametrach:

Tytanowa śruba kaniulowana \varnothing 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję, długość śruby 8-30 mm co 2 mm,

Tytanowa śruba kaniulowana \varnothing 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiający ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zmawiający wyraża zgodę na zaoferowanie śrub o średnicach 2,0 oraz 3,0 w ww. parametrach.

PYTANIE NR 36 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do stawu biodrowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (”U” 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm
- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 2 bandaże elastyczne w rozmiarze 8cm x 4m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ww. zestawu operacyjnego do stawu biodrowego.

PYTANIE NR 37 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.2:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 75 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ww. zestawu do operacji kończyn.

PYTANIE NR 38 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.3:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245 cm(2 otwory 5x7cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowany niezależnie od zestawu fartuch chirurgiczny w rozmiarze L?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ww. zestawu do artroskopii kolana oraz dodatkowo pakowany niezależnie od zestawu fartuch chirurgiczny w rozmiarze L.

PYTANIE NR 39 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.6:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowany niezależnie od zestawu 2 fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ww. zestawu uniwersalnego oraz dodatkowo pakowany niezależnie od zestawu 2 fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L.

PYTANIE NR 40 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.9:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na monitor rtg w rozmiarze 85 cm x 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na monitor rtg w rozmiarze 85 cm x 150 cm.

PYTANIE NR 41 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.9, 10:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMMMS? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMMMS. Zamawiający pozostawia pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 42 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.11:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mundurków jednorazowych, których bluza posiada wycięcie „U”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mundurków jednorazowych, których bluza posiada wycięcie „U”. Zamawiający pozostawia pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 43 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.13:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby na materiał sterylnej wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 30 cm x 32 cm?


Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby na materiał sterylnej wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 30 cm x 32 cm.

PYTANIE NR 44 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.14:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do zabiegów w chirurgii biodra z padem chłonnym i z workami 80 x 117 cm (typu all-in-one). Otwór przylepny 21 x 32 cm, 335 x 280 cm (pad 60 x 135 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm




Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego o ww. składzie.

PYTANIE NR 45 dotyczy Pakietu Nr 9, poz.15:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP/PE o gramaturze 55g/m² o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm




Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP/PE o gramaturze 55g/m² o ww. składzie.

PYTANIE NR 46 dotyczy Pakietu Nr 10, poz.1:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów przezcewnikowych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7x10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów przezcewnikowych o ww. składzie.

PYTANIE NR 47 dotyczy Pakietu Nr 10, poz.2:

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do małych procedur chirurgicznych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
- 4 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do małych procedur chirurgicznych o ww. składzie.

PYTANIE NR 48 dotyczy Pakietu Nr 10, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przez cewkowej o składzie i parametrach:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówkę odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gram. 68 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 49 dotyczy Pakietu Nr 10, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

4 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Z osobno dołączonymi sterylnie zapakowanymi ręcznikami do rąk w rozmiarze 40x40cm – 2szt

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 50 dotyczy Pakietu Nr 10, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie i parametrach:

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 51 dotyczy Pakietu Nr 10, poz.2:

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość zestawów do małych procedur chirurgicznych wymaga Zamawiający. W tabelce formularza cenowego widnieje 5 kpl. natomiast w opisie pod tabelką 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga 100 kompletów zestawów do małych procedur chirurgicznych. Zamawiający zmieni zapisy pozycji nr 2 pakietu nr 10 formularza cenowego i zamieści zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ dot. tego pakietu.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 25.05.2018 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki