

Milicz, 09.05.2019 r.

Numer postępowania: **MCM/SZ/03/2019**

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów medycznych dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące treści zapytania ofertowego:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Załącznika Nr 2 – Pakiet nr 2:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual jednorazowe, sterylne i atestowane przez producenta zestawy składających się z:

- 2x wkład 200 ml
- 2x ostrze spike
- 2x złącze szybkiego napełniania (J-rurka)
- złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości 375 PSI?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 2 zestawu składającego się z:

- 2x wkład 200 ml
- 2x ostrze spike
- 2x złącze szybkiego napełniania (J-rurka)
- złącze niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z trójnikiem Y i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości 375 PSI.

Zamawiający wymagał w opisie przedmiotu zamówienia złącza niskiego ciśnienia o długości +/- 150cm z trójnikiem „T”.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(Kierownik Zamawiającego)

