

Milicz, 03.06.2019 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP12/2019

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zespołów klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku, śrubopłyt, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu 11 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do stawu biodrowego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu 11 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu 11 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm


1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm



Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu 11 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu 11 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pończoch w rozmiarze 32 x 120 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu 11 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pończoch w rozmiarze 24 x 80 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu 11 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm

1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm

1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38 x 40cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby do zbiórki płynów i tkanek w rozmiarze 60 x 90 cm, wykonanej z folii, z wycięciem U otoczonym dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację która umożliwi zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wzmocnionych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wzmocnionych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mundurków jednorazowych wykonanych z włókniny SMMS w kolorze zielonym, wycięcie „V” w bluzie zakończone obszyciem w kolorze białym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 7,12,13:

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 7,12 i 13 z Pakietu Nr 11.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o długości 9 x 50 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 7 x 10 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:


Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.



PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów przezcewnikowych w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5 x 25 cm

1 serweta do procedur TUR 210/260 x 225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm

1 serweta do zabiegów TUR 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125 cm, z otworem w okolicy krocza o średnicy 5 cm, z samoprzylepnym otworem nadłonowym o średnicy 8 cm, z bezlateksową osłoną na palec, ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów z sitem i zaworem do podłączenia drenu

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do małych procedur chirurgicznych w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 serwety samoprzylepne 75 cm x 90 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:

1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza.

2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.

3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.

4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.

5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.

6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz.

7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC)

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga koncentracji płytek (jako źródła czynników wzrostu) w produkcie końcowym na poziomie powyżej 1mln.płytek w mikrolitrze – jako naukowo potwierdzony warunek skutecznej terapii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga sprawdzenia koncentracji w formie badania morfologicznego przeprowadzonego w wyznaczonym terminie, na koszt firmy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu nr 10:

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej oferty wymaga aby separacja czynników wzrostu przy użyciu elektronicznych czujników - System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (komórek macierzystych, płytek krwi-czynników wzrostu)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuści separację czynników wzrostu przy użyciu elektronicznych czujników.

PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji biodra:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 4-5:

Czy Zamawiający ma na myśli sterylną osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający ma na myśli sterylną osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80cm.

PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 6:

Pakiet nr 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści 3 częściową osłonę składającą się z dwóch taśm w rozmiarze 3cm x 100cm + górna osłona w rozmiarze 100 x 160cm, dolna osłona w rozmiarze 80 x 150cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 8:

Pakiet nr 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki płynów w rozmiarze 50 x 50cm, o poniższych właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Zintegrowana z przylepcami w górnej części torby w celu mocowania do serwet operacyjnych
- Wyposażona w metalową kształtkę w górnej części torby
- Wyposażona w filtr/sitko w dolnej części torby
- Zintegrowana z portem do odsysania treści w dolnej części torby, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 9-10:

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS bądź SMMMS, dostępne rozmiary M,L,XL,XXL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści torbę w rozmiarze 30 x 40cm, zintegrowana z taśmą samoprzylepną w górnej części kieszeni do mocowania do serwet operacyjnych, wyposażona w sztywnik pozwalający kształtować otwór kieszeni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści torbę w rozmiarze 50 x 60cm, zintegrowana z taśmą samoprzylepną w górnej części kieszeni do mocowania do serwet operacyjnych, wyposażona w sztywnik pozwalający kształtować otwór kieszeni?

Odpowiedź Zamawiającego:


Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową 90cm x 120cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.



PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną w rozmiarze 100 x 160cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do resekcji przezcewkowej:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², dolna część serwetki wykonana z folii PE:

- 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczywym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 39: Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści obłożenie składające się z dwóch serwet:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

+ osobno pakowane 2 ręczniki w rozmiarze 40 x 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 40: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1:

Pakiet nr 13 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego składający się z:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 41: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1:

1. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do stawu biodrowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (“U” 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm
- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 42: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 2:

1. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 75 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 3:

1. **Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245 cm(2 otwory 5x7cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L i XL?


Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 6:

1. **Poz. nr 6** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm



- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 45: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 9,10:

1. **Poz. nr 9, 10** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMMMS?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 46: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 11:

1. **Poz. nr 11** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mundurków jednorazowych, których bluza posiada wycięcie „U”?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 13:

1. **Poz. nr 13** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby na materiał sterylnej wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 30 cm x 32 cm?


Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 48: Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1:

1. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów przecewnikowych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7x10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 49: Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 2:

1. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do małych procedur chirurgicznych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm

- 4 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 50: Dotyczy Pakietu nr 13, poz. 1:

1. **Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 2-warstwowego PP/PE o gramaturze 55g/m², o chłonności 285% oraz 156 ml/m² natomiast w miejscu dodatkowych padów chłonnych o gramaturze 110 g/m², o chłonności 350% oraz 386 ml/m² o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm
- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 51: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu w Pakiecie 11 Pozycji 1 serwety głównej z łatą chłonną i uchwytem na przewody z przyłepcem (280x245).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w sposób wystarczający opisał przedmiot zamówienia.

PYTANIE NR 52: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 Pozycji 1 serwety głównej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego wzmocnionej w obszarze krytycznym o wymiarach 200x300cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 9x95cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 53: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 pozycji 5 pończochy w rozmiarze 33x80 cm zamiast pończochy w rozmiarze 25x80cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 54: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 12:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 pozycji 12 torby na materiał sterylnej wykonanej z folii PE o wymiarach 30x40 cm zamiast torby na materiał sterylnej wykonanej z folii PE o wymiarach 38x40 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 55: Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 13:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 pozycji 13 torby na materiał sterylnej wykonanej z folii PE o wymiarach 60x50cm cm zamiast torby na materiał sterylnej wykonanej z folii PE o wymiarach 70x50 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 56: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt obojczykowych S z jednym otworem na wkręty kompresyjne a tym samym zaoferowanie w zestawie jednej śruby korowej zamiast 3 oraz długości płyty 71-90mm zamiast 70-90mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 57: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2,8,9:

Czy Zamawiający w poz. nr 2;8;9 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt blokowanych uniwersalnych do prawej i lewej kończyny zamiast płyt lewych i prawych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 58: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2:

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt ramiennych bliższych w zakresie długości 101-146mm zamiast 100-150mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 59: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt blokowanych ramiennych dalszych o długości różnej w zależności od typu płyty - mieszczącej się w przedziale 84-144mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 60: dotyczy pakietu nr 3, poz. 3:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na płyty o otworach blokowanych i 2 kompresyjnych a tym samym zaoferowanie w zestawie 2 śrub korowych zamiast 3?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 61: dotyczy pakietu nr 3, poz. 4:

Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt do złamań nasady bliższej piszczeli bocznych w zakresie długości 109-169mm zamiast 110-160mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 62: dotyczy pakietu nr 3, poz. 6:

Czy Zamawiający w poz. nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty blokowanej do złamań nasady dalszej piszczeli przyśrodkowej w zakresie długości 123-183mm zamiast 120-180mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 63: Dotyczy pakietu nr 3, poz. 7:

Czy Zamawiający w poz. nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki strzałkowej w zakresie długości 85-165mm zamiast 90-160mm oraz z otworami blokowanymi i 2 kompresyjnymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 64: Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8:

Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki wąskiej z ograniczonym kontaktem w zakresie długości 88-193mm zamiast 90-190mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 65: Dotyczy pakietu nr 3, poz. 9:

Czy w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki rekonstrukcyjnej w zakresie długości 88-200mm zamiast 90-190mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 66: Dotyczy pakietu nr 3, poz. 9:

Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt rekonstrukcyjnych posiadających otwory blokowane i 2 kompresyjne a tym samym zaoferowanie na zestaw 2 szt. śrub korowych zamiast 3 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 67: Dotyczy pakietu nr 3, poz. 10:

Czy Zamawiający w poz. nr 10 wyrazi zgodę na zaoferowanie do płytek piętowych 6 śrub blokowanych w zestawie zamiast 3 śrub blokowanych i 3 śrub korowych? W opisie płytki wskazane jest, iż są one do wkrętów blokowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 68: Dotyczy pakietu nr 2, poz. 3:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych puszczelowych uniwersalnych do prawej i lewej kończyny zamiast z podziałem na lewy i prawy gwoździe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 69: Dotyczy pakietu nr 2:

W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe zapytania, w związku z zastrzeżeniem w rozdziale X. pkt. 15 SIWZ, prosimy o możliwość uwzględnienia zmian w formularzu cenowym przy składanej ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku pozytywnych odpowiedzi na powyższe zapytania, w związku z zastrzeżeniem w rozdziale X. pkt. 15 SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę Wykonawcy na wprowadzenie zmian w formularzu cenowym.

PYTANIE NR 70: Dotyczy projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:
 - a. §1 ust. 2 pkt. 3 z „24 godziny” na „2 dni robocze”,
 - b. §1 ust. 2 pkt 3 oraz zapisy WARUNKI OGÓLNE pod formularzem cenowym Pakietu 1 i 2 z „32 godzin” na „2 dni robocze”,
 - c. §1 ust. 2 pkt 4 lit b z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
 - d. §3 ust. 1 oraz zapisy WARUNKI OGÓLNE pod formularzem cenowym Pakietu 1 i 2 z „32 godzin” na „2 dni robocze”,
 - e. §3 ust. 1 z „24 godziny” na „2 dni robocze”,
 - f. §3 ust. 2 z „24 godziny” na „2 dni robocze”
 - g. §7 ust. 1 pkt 3 lit b z „5 dni” na „10 dni roboczych”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w

sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 71: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 1, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania? Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dookreśli w §3 ust. 1, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

PYTANIE NR 72: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający w §3 ust. 1 oraz zapisy WARUNKI OGÓLNE pod formularzem cenowym Pakietu 1 i 2 zmieni wielkość podmagazynu/komisu/dostaw asortymentu - na zabieg, na rozmiary najczęściej stosowane w ilościach uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy? Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia komisju jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 73: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §4 ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 74: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1 pkt 3 oraz §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno - gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. Pkt. 3 oraz §8 ust. 2 wzory umowy.

PYTANIE NR 75: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 69-94 mm zamiast 70-90 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 76: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki lewej/prawej o dł. 91-163mm zamiast 100-150mm lub o dł. 90-160 mm zamiast 100-150 mm, uniwersalnej do lewej i prawej kończyny zamiast lewej i prawej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 77: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania płytek ramiennych dalszych: przysiódkowej o dł. 59-136 mm, tylnio bocznej i tylnio-bocznej z hakiem o dł. 65-142 mm, zamiast opisanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 78: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 107-159 mm zamiast 110-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 79: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 106-184 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 80: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 116-194 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 81: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 86-177 mm zamiast 90-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 82: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 8:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaferowania płytki wąskiej o szerokości 12 mm i o dł. 59-163 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 83: Dotyczy pakietu nr 1, poz. 9:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 85-190 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 84: Dotyczy pakietu nr 2, poz. 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania gwoźdźca puszczelowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 85: Dotyczy Pakietu nr 3 i 4:

W celu ujednoczenia składanych ofert, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów korowych składających się na jeden zestaw.

Odpowiedź Zamawiającego:

W skład jednego zestawu wchodzi 4 wkręty korowe.

PYTANIE NR 86: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami pod wkręty o średnicy 3,5 mm zamiast 4,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 87: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 103-199 mm zamiast 80-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 88: Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Rusha o średnicach od 2,4 – 4,0mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 89: Dotyczy pakietu nr 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. **Pakiet nr 5**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 90: Dotyczy pakietu nr 5:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nadzoru okresowych kontroli złożonych instrumentarium w związku z faktem, że Zamawiający nie wymaga dostarczania instrumentarium w zakresie **Pakietu nr 5**.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 91: Dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. **Pakiet nr 6**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 06.06.2019 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Marek Maciejak

.....
(Kierownik Zamawiającego)