

Milicz, 23.04.2020 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP4/2020

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, testów i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 10 odczynnika mukolitycznego w opakowaniu 50 x 1 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 7 produktu, który nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 17:

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 wyrazi zgodę na zaferowanie podłoża w opakowaniu zawierającym 20 sztuk, i tym samym poda ilość czy 160 czy 140 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne. Ilość 140 sztuk.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie glukozy 75 g. - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nie odnosi się do przedmiotu zamówienia. Pakiet Nr 1 dotyczy dostarczenia aparatu do badań biochemicznych, a nie preparatu do obciążenia glukozą w teście krzywej cukrowej.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nie odnosi się do przedmiotu zamówienia. Pakiet Nr 1 dotyczy dostarczenia aparatu do badań biochemicznych, a nie preparatu do obciążenia glukozą w teście krzywej cukrowej.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 11:

Poz. 1-25 Czy niepełne wielkości opakowań należy zaokrąglić do pełnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zaokrąglenia opakowań.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 11

Poz. 17 Prosimy o podanie, jakiej średnicy ez Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje ez o średnicy 1 ul (1 mikrolitr).

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 4:

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści test do wykrywania antygenu Hbs bez zewnętrznej kontroli dodatniej i ujemnej, ale z wewnętrzną linią kontrolną potwierdzającą poprawną technikę proceduralną oraz odpowiednią ilość naniesionej próbki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 4:

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający dopuści test do wykrywania Test na Cryptosporidium i Giardia Lamblia bez zewnętrznej kontroli dodatniej i ujemnej dla Cryptosporidium, ale z wewnętrzną linią kontrolną potwierdzającą poprawną technikę proceduralną oraz odpowiednią ilość naniesionej próbki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 13:

Czy Zamawiający w pakiecie 13 wymaga do krążków antybiotykowych dostarczenia pozytywnej opinii KORLD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 14:

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuszcza testy lateksowe, immunochromatograficzne i immunoenzymatyczne tylko z kontrolą wewnętrzną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE NR 12: Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyrazi zgody na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy.

PYTANIE NR 13: Dotyczy wzoru umowy:

(§ 7 ust. 1 pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 ust. 1 pkt. 3

PYTANIE NR 14: Dotyczy wzoru umowy:

(§ 7 ust. 1 pkt. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 ust. 1 pkt. 4

PYTANIE NR 15: Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyrazi zgody na dodanie w projekcie umowy powyższych zapisów.

PYTANIE NR 16: Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w § 5 doda pkt. 7 o treści „Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu ustawowe odsetki w przypadku nieterminowej płatności”.

PYTANIE NR 17: Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje w SIWZ możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kontroli negatywnej dla w/w pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu kontroli negatywnej dla ww. pozycji.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 6, 10:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kontroli pozytywnej dla w/w pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu kontroli pozytywnej dla ww. pozycji. Wymagana jest w tym wypadku kontrola wewnętrzna prawidłowego działania testu.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 4, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści testy jak w załączonej ulotce technicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści krążki antybiotykowe pakowane w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby? Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści krążki antybiotykowe w tym z grupy b-laktamowej które są przechowywane w temp. +2stC do 8 St C zgodnie z metodyką producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1,2 butelek z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi w kierunku bakterii tlenowych dla dorosłych oraz butelek z neutralizatorami antybiotyku do posiewu krwi w kierunku bakterii beztlenowych dla dorosłych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 7:

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia co najmniej 5 opinii użytkowników, jako subiektywnego i nieporównywalnego źródła wiedzy o produkcie, będącym wyrobem medycznym, a więc poddanych dodatkowym weryfikacjom przed wprowadzeniem na rynek. Jako obiektywny dowód potwierdzający spełnianie określonych standardów proponujemy przedstawienie deklaracji zgodności. Ponadto podkreślamy, iż Rozporządzenie Ministra Rozwoju „w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać...” nie przewiduje, w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez przedmiot zamówienia, załączania opinii użytkowników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 12:

Dot. Pakiet Nr 15 - mikrobiologia - butelki do posiewów krwi wraz z dzierżawą aparatu, wymogi pod pakietem, poz. 12

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 7:

Dot. Pakiet Nr 16 - mikrobiologia- testy różne, poz.7

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji test paskowy do z nitrocefiną do wykr. enzymu β -laktamazy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 16, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach opisanych jak w załączonej ulotce?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 19:

Czy Zamawiający dopuści do podawania wzorcowe z pierwszego pasaży w postaci liofilizowanych krążków? (1 op. to 1 fiolka zawierająca 10 sztuk krążków).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 29: Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 30: Dotyczy §2 ust. 2 projektu umowy:

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje w SIWZ możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 31: Dotyczy §7 ust. 1.1 i ust. 1.2 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto (...) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto części Produktów jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy.

PYTANIE NR 32: Dotyczy §7 ust. 1.3 i 1.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na 5 % wartości brutto przedmiotu umowy pozostałej do realizacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 ust. 1 pkt. 3 i pkt 4 wzoru umowy.

PYTANIE NR 33: Dotyczy §10 ust. 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w § 10 doda pkt. 5 o treści „ W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzając zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu do umowy. W takiej sytuacji ceny netto pozostają bez zmian ”.

PYTANIE NR 34: Dotyczy §11 ust. 5:

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności użytkowej 10 ml i całkowitej 11 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu Nr 11 pkt. 11:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Czy Zamawiający oczekuje płyt z tworzywa białego, czy przezroczystego/

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści, lecz nie wymaga. Płyty z tworzywa przezroczystego.

PYTANIE NR 36:

Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez określenie do izolacji? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ez do izolacji o pojemności 10ul czy 1ul, Czy Zamawiający dopuści ezy kalibrowane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania ez do izolacji o pojemności 1ul.

Zamawiający dopuści ezy kalibrowane.

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 15. pkt. 4:

Pakiet 15 - Czy w formularzu cenowym- pkt. 4 „Wymagania”, Zamawiający ma na myśli aparat oraz odczynniki w postaci podłoży (butelek) do posiewów od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający ma na myśli aparat oraz odczynniki w postaci podłoży (butelek) do posiewów od jednego producenta.

PYTANIE NR 38: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

§2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dostarczenie i dzierżawę Zamawiającemu, w ramach poszczególnych pakietów, wymaganego instrumentarium, sprzętu i aparatów (analityzatorów): typ, model, rok produkcji zgodnie z warunkami Zamawiającego, określonymi w formularzach cenowych, tj. Załącznikach Nr 2 do SIWZ.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający we wzorze umowy w §2 po ust. 4 doda ust. 4¹ o wyżej wymienionej treści.

PYTANIE NR 39: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

§5 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest do podawania numeru umowy lub numeru zamówienia na wystawianych fakturach dotyczących dostarczanego asortymentu.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 5 ust.5 wzoru umowy.

PYTANIE NR 40: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

§7 pkt 1 ppkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 pkt.1 ppkt. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 41: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

§7 pkt 1 ppkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis § 7 pkt.1 ppkt. 4 wzoru umowy.

PYTANIE NR 42: Dotyczy zapisów wzoru umowy:

Rozdział IV, pkt. 3.7 SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie adresu do bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się wszystkie wymagane dokumenty i tym samym uzna warunek za spełniony? Wykonawca będzie miał pełny i nieograniczony dostęp do aktualnych dokumentów, bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich przesłania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis Rozdział IV, pkt. 3.7 SIWZ.

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu Nr 15:

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża w pozycjach 3, 4, 5 tabeli asortymentowo-cenowej posiadały substancje neutralizujące antybiotyki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu Nr 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla analizatora, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego analizatora: „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych

w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych” lub przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania w formie odrębnej umowy lub oświadczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Proponowany zapis zostanie zamieszczony w zmienionym Załączniku Nr 2 do SIWZ dotyczącym Pakietu Nr 20.

PYTANIE NR 45: Dotyczy pakietu nr 7:

Dotyczy formularza asortymentowo- cenowego - Wnosimy zmianę formalnej treści wymogu Opis przedmiotu

Punkt 15

Z : „ Bezpłatna instalacja aparatu, szkolenia personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy”

Na : „Opłata za dzierżawę obejmuje instalację aparatu, szkolenie personelu oraz wsparcie merytoryczne przez cały okres Umowy”

Punkt 16

Z : „Bezpłatne przeglądy serwisowe raz do roku w trakcie trwania Umowy”

Na : „ Opłata za dzierżawę obejmuje wykonanie przeglądów serwisowych wraz z wymianą części zużywalnych raz do roku w trakcie trwania Umowy ”

Uzasadnienie:

Przedmiotem postępowania nie jest darowizna a dostawa, z której realizacją związane są powyższe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i zmieniony Załącznik Nr 2 do SIWZ zamieści na stronie internetowej.

PYTANIE NR 46: Dotyczy pakietu nr 7:

Dotyczy formularza cenowego- wymagania pkt. 9- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na „Obsługa serwisowa w trakcie użytkowania na koszt Wykonawcy, a czas reakcji serwisu w razie awarii maksymalnie do 48 godzin w dni robocze”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (m.in. produktów krwinkowych), Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa przedmiotu zamówienia w zakresie Pakiet Nr 3, czyli dostaw odczynników do oznaczeń serologicznych i systemu mikrokolumnowego, odbywała się średnio raz na miesiąc, zgodnie z załączonym do oferty/dostarczanym raz w roku - harmonogramem dostaw na dany rok, a zapis w §3 pkt 2 istotnych postanowień umownych (zał. Nr 4 do SIWZ) dotyczył dostaw pilnych – na cito do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 48: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie, czy wymóg, o którym mowa w pkt 7, II Wymagań: „Wszystkie odczynniki od jednego producenta” nie dotyczy odczynników monoklonalnych (do metody klasycznej), a tyczy się asortymentu wykorzystywanego do mikrometody kolumnowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga odczynników od jednego producenta, dotyczy asortymentu mikrometody kolumnowej.

PYTANIE NR 49: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy w pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści wartości PT wyrażone w sekundach, wskaźniku RATIO oraz INR?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 50: Dotyczy Pakietu Nr 6:

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści analizator hematologiczny 5 diff z 29 parametrami krwi obwodowej, w tym 4 parametrami RUO?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 51:

Czy potwierdzenie wpłaty wadium w formie przelewu powinno zawierać dopisek "Wadium dostawa odczynników, testów i materiałów zużywalnych do diagnostyki laboratoryjnej... " ?

Odpowiedź Zamawiającego:

*Potwierdzenie wpłaty wadium powinno zawierać dopisek: „Wadium dostawa odczynników
Pakiet Nr.....” – należy wpisać numer pakietu na który wpłacane jest wadium.*

PYTANIE NR 52:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją pandemii (problemy z uzyskaniem dokumentów w urzędach państwowych zagranicznych) Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie zamiast informacji z KRK osoby z zarządu zamieszkałej poza granicami Polski, oświadczenia tej osoby potwierdzonego notarialnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający musi otrzymać informację z KRK (może być kserokopia podpisana podpisem kwalifikowanym z datą do 6 miesięcy przed składaniem ofert).

PYTANIE NR 53: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aparatu, w którym pomiar odbywa się w pojedynczych kuwetach reakcyjnych, czy też w segmentach kuwet?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aparatu, w którym pomiar odbywa się w pojedynczych kuwetach reakcyjnych.

PYTANIE NR 54: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy odczynnik do PT ma być dostarczony z gotową krzywą kalibracyjną dla fibrynogenu wyliczanego, bez konieczności używania kalibratora?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 55: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy ISI oraz czas prawidłowy (MNPT) ma być wyznaczony przez producenta odczynników na oferowany analizator dla każdej serii tromboplastyny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 56: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający wymaga testu z jednym miejscem dozowania próbki, o czułości analitycznej dla tox A min. 0.65 ng/ml, tox B min. 0.2 ng/ml i GDH min. 0.8 ng/ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 57: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 58:

SIWZ IX.3 czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wadium było opisane: „MCM/WSM/ZP4/2020 pak.”? Uzasadnienie: przedmiotem postępowania nie jest dostawa leków

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzenie wpłaty wadium powinno zawierać dopisek: „Wadium dostawa odczynników Pakiet Nr.....” – należy wpisać numer pakietu na który wpłacane jest wadium.

PYTANIE NR 59:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu oferty załącznik nr 1 do SIWZ, zapisów dotyczących tylko tych zadań, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 60: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy w związku z zapisem w punkcie 34 „Zamawiający dopuszcza przechowywanie odczynników poza pokładem analizatora” Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

PYTANIE NR 61: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy do podanej ilości badań należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 62: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wykonywał badania w moczu, jeśli tak to jakie i czy wymaga zaoferowania dedykowanej kontroli w moczu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający będzie wykonywał badania w moczu takie jak: białko w moczu, kreatynina, kwas moczowy, elektrolity, mocznik, fosfor, wapń. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dedykowanej kontroli, jeśli jest wymagana do prawidłowej kontroli parametrów.

PYTANIE NR 63: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga doliczenia testów na kontrolę i kalibrację parametrów w moczu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 64: Dotyczy Pakietu Nr 1:

W związku z zapisem w punkcie „legenda do kontroli” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamierza wykonywać kontrole jakości wg. nst. schematu:

- dla większości parametrów raz dziennie na jednym poziomie oraz raz w tygodniu kontrolę na drugim poziomie.
- elektrolity conajmniej na dwóch poziomach codziennie
- etanol – 3 x w tygodniu 2 poziomy
- CRP – codziennie na jednym poziomie, a drugi poziom 3 razy w tygodniu

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 65: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, pracującego w oparciu o metodę ISE pośredniej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 66: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Prosimy o możliwość modyfikacji załącznika nr 2 od poz.27. Wyszczególnione i opisane pozycje są różnie konfekcjonowane i oferowane przez różnych producentów. Tak opisane pozycje wskazują na konkretnego dostawcę i wskazują na właściwości oferowanych przez dostawcę produktów. Dostawcy powinni zaoferować niezbędne materiały kontrolne, kalibracyjne, dodatkowe i zużywalne zgodnie z zapisami w ulotkach odczynnikowych lub odpowiedziami na pytania zadane w trakcie postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 67: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy w związku z tym, że Zamawiający nie wyszczególnił oznaczeń litu w formularzu cenowym, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który jest wyposażony w elektrody jonoselektywne – Na, K i Cl natomiast nie posiada elektrody Litowej? W razie potrzeby oznaczanie litu może być wykonywane metoda fotometryczną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga uzupełnienia tej pozycji w formularzu cenowym.

PYTANIE NR 68: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „w pełni bezobsługowymi wszystkimi elektrodami” jeśli w zaoferowanym analizatorze elektrody nie wymagają żadnej dodatkowej obsługi poza czynnościami konserwacyjnymi i kalibracją, a dodatkowo elektroda referencyjna jest konserwowana w całości przez serwis producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 69: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści system cześciowo otwarty z możliwością otwarcia dowolnej liczby kanałów na życzenie klienta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 70: Dotyczy Pakietu Nr 1:

W związku z zapisem w punkcie nr 6 „Zamknięty pak odczynnikowy do ISE.” prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, który do obsługi ISE wykorzystuje tylko 3 odczynniki? Odczynniki są gotowe do użycia i konfekcjonowane są w dużych opakowaniach, a najmniejszy z nich wystarcza na 1500 oznaczeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 71: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy w związku z zapisem w punkcie 7 „Układ optyczny bez konieczności wymiany jego elementów” prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator, który zaopatrzony jest w lampę halogenową wymagającą okresowej wymiany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 72: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się aby fotometr analizatora umożliwiał odczyt reakcji w zakresie od 0 – 3 A.? Taki zakres pomiarowy gwarantuje możliwość wykonania wszystkich testów wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 73: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Bezobsługowy układ dozujący – brak konieczności wymiany strzykawek, tłoków, wężyków, etc. (nie dotyczy ISE)”, jeżeli operator analizatora nie wykonuje żadnych czynności związanych z dozowaniem próbki i odczynnika, a ewentualne wymiany strzykawek, tłoków etc. wykonywane są przez serwis producenta analizatora, a jedynie jeden z wężyków pompy detergentu jest wymieniany raz na kwartał. Wymiana tego wężyka jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE NR 74: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego analizator wyposażony w dwie niezależne igły - próbkowa i odczynnikową oraz mieszadła mieszaniny reakcyjnej? Oferowany analizator posiada jeden rotor odczynnikowy i w związku z tym posiada jedno ramię odczynnikowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 75: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator dokonywał okresowo inspekcji kuwet pod kątem czystości optycznej, a w przypadku identyfikacji kuwet niespełniających wymaganych kryteriów czystości, badania wykonane w tych kuwetach powtarzał automatycznie? Ewentualne nieprzewidywalności dotyczące kuwet są zgłaszane do serwisu, który dokonuje natychmiastowych działań serwisowych. Kuwety są objęte gwarancją przez cały okres trwania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 76: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w podajnik umożliwiający umieszczenie w statywach jednorazowo 80 próbek badanych oraz niezależną chłodzoną karuzelę, na której można umieścić jednorazowo 22 próbki. Podajnik analizatora daje możliwość ciągłego dostawiania

próbek badanych bez wstrzymywania jakiegokolwiek etapu pracy analizatora oraz równoczesne usuwanie próbek już całkowicie wykonanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 77: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek „Wstawianie kalibratorów, kontroli i próbek citowych na dowolnych pozycjach rotora/statywu próbkowego” jeśli próbki badane, kontrolne i kalibratory w oferowanym analizatorze można wstawić do specjalnej do tego dedykowanej chłodzonej karuzeli lub umieścić w dedykowanych statywach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający uzna.

PYTANIE NR 78: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora, który w przypadku konieczności wymiany odczynników podczas pracy należy wprowadzić w odpowiedni tryb pracy, a całość operacji do ponownego uruchomienia dozowania zajmuje ok 20 minut? Ilość zaoferowanych miejsc odczynnikowych znacznie przekracza ilość wykonywanych badań a duża ilość oznaczeń w jednym opakowaniu odczynnika powodują, że konieczność wymiany odczynników w czasie pracy może zdarzać się niezwykle rzadko.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 79: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, który zaopatrzony jest w 76 pozycyjny chłodzony rotor odczynnikowy, który umożliwi jednoczesne umieszczenie na pokładzie aż 63 różnych zestawów odczynnikowych? W formularzu asortymentowo-cenowym Zamawiający wskazuje, że w okresie objętym umową wykonywać będzie jedynie 26 różne oznaczenia biochemiczne, a tym samym ilość miejsc w rotorze odczynnikowym całkowicie pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 80: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, którego maksymalny pobór mocy wynosi 3 kVA?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 81: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora, w którym średnie zużycie wody wynosi 20l/h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 82: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oznaczanie glukozy odbywało się powszechnie rekomendowaną metodą heksokinazową m.in. z uwagi na mniejszy wpływ interferencji np. ze strony bilirubiny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 83: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody

referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 84: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. W Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 85: Dotyczy wzoru umowy:

§3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 86: Dotyczy wzoru umowy:

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych od chwili zawiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 87: Dotyczy wzoru umowy:

§7 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 88: Dotyczy wzoru umowy:

§7 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „0,5 % wartości towarów wadliwych, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 umowy,”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 89: Dotyczy wzoru umowy:

§10 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „oraz z w przypadku zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 84: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów. W Podręczniku Użytkownika oferowanego analizatora podano jedynie okres gwarancji, jakim objęta jest lampa fotometru, a zgodnie z opisem procedur konserwacyjnych jej wymiana jest zalecana, „co roku lub w razie potrzeby”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 85: Dotyczy wzoru umowy:

§3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 86: Dotyczy wzoru umowy:

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych od chwili zawiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego.”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 87: Dotyczy wzoru umowy:

§7 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 88: Dotyczy wzoru umowy:

§7 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „0,5 % wartości towarów wadliwych, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 umowy,”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 89: Dotyczy wzoru umowy:

§10 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „oraz z w przypadku zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 30.04.2020 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.
z siedzibą w Miliczu, ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz
Krajowa Registra Sądowa Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydz. Gospodarczy KRS
0000367386 NIP 9161388184 REGON 021370427
Kapitał zakładowy 23 746 500, 00 PLN

PROKURENT
Małgorzata Cicha
Małgorzata Cicha