

Milicz, 14.05.2020 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP6/2020

#### WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zespołów klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku, śrubopłyt, gwoździ śródszpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne.**

*Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

#### **PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 13:**

##### **Dotyczy pakietu nr. 13 – Obłożenia operacyjne – ZESTAWY DO CIĘCIA CESARSKIEGO**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów do cięcia cesarskiego obecnie stosowanych bez zastrzeżeń, zawierających w miejscu dodatkowych padów chłonnych gram. min. 110 g/m<sup>2</sup> i chłonność min. 350% i 386 ml/m<sup>2</sup> oraz serwetę do cięcia cesarskiego (315x250cm) z torbą na płyny (okno 19x28 cm) z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści.***

#### **PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do stawu biodrowego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

##### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści.***

#### **PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyn w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do operacji kończyn w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 75 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę wzmocniona 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pończoch w rozmiarze 32 x 120 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pończoch w rozmiarze 24 x 80 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 20 cm x 30 cm

- 1 fartuch chirurgiczny Standard XL, 130cm
  - 1 fartuch chirurgiczny Special XXL 150cm
  - 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
  - 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm
  - 1 kieszeń samoprzylepna, foliowa, 1-komorowa 38 x 40cm
  - 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm
  - 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 240 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym
- Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony o wymiarach 80 x 145 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby do zbiórki płynów i tkanek w rozmiarze 60 x 90 cm, wykonanej z folii, z wycięciem U otoczonym dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmą samoprzylepną? Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów oraz sito do pobierania tkanek; torba posiada perforację która umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wzmocnionych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakiet Nr 11, poz. 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mundurków jednorazowych wykonanych z włókniny SMMS w kolorze zielonym, wycięcie „V” w bluzie zakończone obszyciem w kolorze białym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby w rozmiarze 38 x 40 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torby w rozmiarze 38 x 40 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

**PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 12,13:**

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*

**PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o długości 9 x 50 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 15:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 7 x 10 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem 8 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 6:**

**Pakiet 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm, zintegrowaną torbą na płynie w rozmiarze 80 cm x 84 cm z lejkiem odprowadzającym płyny, zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

**PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 3:**

Dotyczy Pakietu nr 1.

Pozycja Nr 3 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki o podanych parametrach - przyśrodkowej (nie przyśrodkowo tylnej).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wyraża zgodę.*

**PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 2:**

Dotyczy Pakietu nr 1.

Pozycja nr 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki 10mm cienkiej o grubości 3mm.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1:**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do stawu biodrowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym (”U” 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm
- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 100 cm
- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 2:**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) 320 x 225 cm (pad 105 x 150 cm)
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 75 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 5:**

**Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320x245 cm(2 otwory 5x7cm)
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L i XL?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 6:**

**Poz. nr 6** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L i XL?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 9,10:**

**Poz. nr 9, 10** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów operacyjnych wykonanych z włókniny typu SMMMS? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 11:**

**Poz. nr 11** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania mundurków jednorazowych, których bluza posiada wycięcie „U”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 13:**

**Poz. nr 13** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby na materiał sterylnej wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 30 cm x 32 cm?


**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1:**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów przezcewnikowych o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7x10 cm) i na krocze (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezłateksowa do badania per rectum. 185 x 200 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?



**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 12:**

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do małych procedur chirurgicznych o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm
- 4 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 2:**

Dotyczy Pakietu nr 5

Pozycja 2 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie płytki wąskiej 10mm i cienkiej 3mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 3:**

Pakiet 5, pozycja 3- Czy zamawiający zgodzi się na zamówienie płytki o podanych parametrach lecz pod wkręty 4,0?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 4:**

Pakiet 5, pozycja 4 –Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamówienie wkrętów tylko z gniazdem sześciokątnym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 5:**

Pakiet 5, pozycja 5 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamówienie płyty o podanych parametrach lecz o grubości 5,0mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 6:**

Pakiet 5, pozycja 6 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamówienie płytki o podanych parametrach lecz o grubości 2,5mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

**PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu Nr 5, poz. 7:**

Pakiet 5, pozycja 7- Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamówienie gwoździ Rusha o fi minimalnym 2,4mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści.*

***Powyższe odpowiedzi i postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 20.05.2020 r.,  
a wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.***

  
PROKURENT  
Małgorzata Cicha  
7  
WICEPREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Andrzej Szumdera