

Milicz, dnia 10.07.2020 r.

numer postępowania: MCM/WSM/ZP8/2020

## WYKONAWCY

**Dotyczy:** wyników przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu** po ponownej ocenie ofert w zakresie Pakietu Nr 1 „STRZYKAWKI; PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ; KANIULE”.

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., z siedzibą w Miliczu, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie jak w tytule w zakresie pakietu Nr 1 po ponownej ocenie ofert.

W dniu 10.07.2020r., w siedzibie Zamawiającego odbyła się ponowna ocena ofert w zakresie pakietu Nr 1 „STRZYKAWKI; PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ; KANIULE” w związku z unieważnieniem przez Zamawiającego czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 1 „STRZYKAWKI; PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ; KANIULE”, w związku z uznaniem zasadności informacji przesłanej dnia 08.07.2020 r., przez Wykonawcę **Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa**, Zamawiający - Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., w Miliczu, ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz unieważnił dokonaną czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu Nr 1 pn.: „STRZYKAWKI; PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ; KANIULE”.

Zamawiający po ponownej ocenie ofert w zakresie pakietu Nr 1 zawiadamia, że wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyżej wymienionym zakresie zaoferowane przez nich ceny oraz oferty najkorzystniejsze w poszczególnych pakietach wraz z punktacją przedstawiono w poniższej tabeli:

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Kryterium	Pakiet Nr 38
37.	<b>Bialmed sp. z o. o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa</b>	Cena	<b>163 675,08 zł 100,00 pkt.</b>
44.	PHU Anmar sp.z o.o. sp.k. ul. Strefowa 22 43-100 Tychy	Cena	140 695,92 zł

**Oferta firmy Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa jest ofertą najkorzystniejszą w pakiecie Nr 1** - spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, uzyskała największą liczbę punktów w pakiecie Nr 1, w ramach kryterium przyjętych w SIWZ według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa kryterium ceny} = \frac{\text{Wartość brutto oferty najtańszej}}{\text{Wartość brutto oferty badanej}} \times 100\% \times 100$$

Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 pkt., które otrzymała oferta z najniższą ceną, gdzie: 1% = 1 pkt.





Na podst. art.92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Zamawiający zawiadamia, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Na post. art.92 ust 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że odrzucono ofertę Nr 44 w zakresie Pakietu Nr 1 Wykonawcy: **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy** z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty wykonawcy w zakresie Pakietu Nr 1:** art. 89 ust. 1, pkt. 2 (jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

**Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty wykonawcy zakresie Pakietu Nr 1:**

Oferta została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ proponowany produkt przez **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, w pozycji Nr 3 jest niezgodny ze SIWZ. Zaoferowana strzykawka produkcji Beromed o nr kat. B948371E, posiada pojedynczą skalę pomiarową, a nie jak wymagał tego Zamawiający podwójną.

W pozycji Nr 5 firma **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, zaoferowała strzykawkę Polfy Lublin o nr kat. 0973112-0016, która od kilku lat nie jest już produkowana. W jej miejsce produkowana jest strzykawka o nr kat. 140001 z igłą 0,4x13, która nie spełnia wymogów SIWZ. W pozycjach od 6 do 9 firma **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, zaoferowała strzykawki produkcji B.Braun, które zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 132 powinny być zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa. Oferowane przez firmę Anmar strzykawki nie spełniają tego wymogu ponieważ należą do klasy Is. W pozycji Nr 14 firma **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, zaoferowała przyrząd produkcji Margomed o nr kat 002 450, który nie spełnia wymogów SIWZ ponieważ posiada dren o długości 150cm zamiast wymaganych 165cm.

W pozycji Nr 16 firma **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, zaoferowała przyrząd produkcji Margomed o nr kat 001 401, który nie spełnia wymogów SIWZ ponieważ posiada dren o długości 150cm zamiast wymaganych 165cm. W pozycji Nr 18 firma **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, zaoferowała przyrząd produkcji Margomed, którego nie jest dystrybutorem i nie posiada go w sprzedaży. Oznacza to, iż nie będzie w stanie zapewnić dostaw przyrządu, który zaoferowała. Potwierdzeniem powyższego jest fakt iż firma **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, nie była w stanie podać prawidłowego nr katalogowego.

W pozycji Nr 19 firma **Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ANMAR” sp. z o.o., Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**, zaoferowała kaniule produkcji KDM o nr kat 762xxx. Kaniule te nie spełniają wymogów SIWZ ponieważ są wykonane z teflonu FEP, a nie poliuretanu, a zamiast 4 pasków RTG posiadają jedynie 2. Dodatkowo kaniule posiadają inne przepływy niż te opisane w SIWZ.

Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.



Na podst. art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ww. ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

*Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.*

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Andrzej Oćwieja*

**WICEPREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Andrzej Ständera*

