

Milicz, 12.11.2020 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP22/2020

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 1:


Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art.7.1 rozdziału 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych), dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny o cechach:

1. Trzpień o kątach CCD 127,5° oraz 131° w 13 rozmiarach dla każdego z kątów; trzpień różnie w wymiarze M/L o 1mm z rozmiaru na rozmiar; zgodnie z wymaganiami dostępny trzpień anatomiczny w 7 rozmiarach o offsetach w zakresie 37,8 do 49,7mm;
2. Panewka bezcementowa w rozmiarach 44-72mm z zaślepionymi fabrycznie otworami pod śruby (możliwość użycia śrub w każdym przypadku); brzeżny pressfit o wartości 1,7mm; zgodnie z wymaganiami dostępna panewka wkręcana; panewka nie wymaga zaślepek centralnych (wbudowane we wkładkę stawową);
3. Wkładki stawowe z polietylenu wysokocięciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji symetrycznej oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. Posiada centralną wypustkę zamykającą centralny otwór panewki i jednocześnie centralizując wkładkę;
4. Wkład ceramiczny dla głów 32 i 36mm;
5. System wkładek chromo-kobaltowych do artykulacji podwójnej do panewek od 50mm średnicy zewnętrznej na czasie polietylenowe 40 i 42mm dla głów 28mm;
6. Głowy metalowe 22 mm w 3 długościach szyjki, 28-32-36mm w 6 długościach szyjki;
7. Śruby panewkowe w długościach od 15mm skalowane co 5mm;
8. Trzpień cementowany, metalowy, prosty, nie wymagający centralizera; w 11 rozmiarach; 2 opcje kąta CCD: 131° i 134° i offsetach 36mm do 52,7mm;
9. Panewka cementowana na głowy 28mm w średnicy zewnętrznej 40mm, 32mm od średnicy zewnętrznej 44mm i 36mm od średnicy zewnętrznej 48mm; symetryczne i z 20° nadbudową antyluksacyjną. Maksymalny rozmiar 58mm;
10. Panewki bipolarne w zakresie 38-57mm skalowane co 1mm;
11. Korek dokanałowy w 3 rozmiarach dla średnic kanału szpikowego 8-12mm, 12-18mm oraz 18-22mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i Załączników Nr 2 do SIWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Powyższe odpowiedzi i postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 17.11.2020 r., a wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.


PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Oćwieja