

Milicz, 26.09.2013 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP19/2013

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1:

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

1. Dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu:
„Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: „Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,5 % wartości umowy”. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy i SIWZ.

PYTANIE NR 2:

Z uwagi na uchwaloną zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

2. Zmianę brzmienia § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy na następujące:
”
 - 3) 4 % wartości umownej - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
 - a) 3-krotnego niezrealizowania w terminie zamówienia,
 - b) 3-krotnego dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia.
 - 4) 4% wartości umownej - w razie odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy i SIWZ.

PYTANIE NR 3:

Czy w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuszcza endoprotezę stawu biodrowego posiadającą trzpień napyłony o różnych kątach szyjek, w pełnym asortymencie rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy min. 32mm z różnymi rozmiarami szyjek. Z możliwością zastosowania głowy bipolarnej z głową min. 28mm lub fabrycznie zmontowaną bez konieczności montowania jej w trakcie zabiegu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści endoprotezę stawu biodrowego posiadającą trzpień napyłony o różnych kątach szyjek, w pełnym asortymencie rozmiarów. Głowa metalowa o średnicy min. 32mm z różnymi rozmiarami szyjek. Z możliwością zastosowania głowy bipolarnej z głową min. 28mm lub fabrycznie zmontowaną bez konieczności montowania jej w trakcie zabiegu.

PYTANIE NR 4:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuszcza endoprotezę stawu biodrowego posiadającą trzpień metalowy, kołnierzykowy lub bezkołnierzykowy w pełnym asortymencie rozmiarów (w tym dysplastyczny). Głowa metalowa (o średnicy min. 32mm) z różnymi długościami szyjek. Z możliwością zastosowania w razie potrzeby panewki bipolarnej dla głowy min. 28mm lub fabrycznie zmontowaną bez konieczności montowania jej w trakcie zabiegu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści endoprotezę stawu biodrowego posiadającą trzpień metalowy, kołnierzykowy lub bezkołnierzykowy w pełnym asortymencie rozmiarów (w tym dysplastyczny). Głowa metalowa (o średnicy min. 32mm) z różnymi długościami szyjek. Z możliwością zastosowania w razie potrzeby panewki bipolarnej dla głowy min. 28mm lub fabrycznie zmontowaną bez konieczności montowania jej w trakcie zabiegu.

PYTANIE NR 5:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuszcza endoprotezę stawu biodrowego posiadającą system pulse lavage z ssawką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści endoprotezę stawu biodrowego posiadającą system pulse lavage z ssawką.

PYTANIE NR 6:

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia lotnymi zestawami zawierającymi narzędzia i implanty niezbędne do przeprowadzenia zabiegu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści realizację zamówienia lotnymi zestawami zawierającymi narzędzia i implanty niezbędne do przeprowadzenia zabiegu.

PYTANIE NR 7: Dotyczy: Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści trzpień niemodularny w minimum 10 rozmiarach:

- 6,0 mm, długość 132 mm
- 7,5 mm, długość 135 mm
- 10,0 mm, długość 140 mm
- 11,0 mm, długość 142 mm
- 12,5 mm, długość 145 mm
- 13,5 mm, długość 147 mm
- 15,0 mm, długość 150 mm
- 17,5 mm, długość 155 mm
- 20,0 mm, długość 160 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści trzpień niemodularny w minimum 10 rozmiarach: 6,0mm, długość 132mm; 7,5mm, długość 135mm; 10,0mm, długość 140mm; 11,0mm, długość 142mm; 12,5mm, długość 145mm; 13,5mm, długość 147mm; 15,0mm, długość 150mm; 17,5mm, długość 155mm; 20,0mm, długość 160mm.

PYTANIE NR 8: Dotyczy: pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści trzpień protezy stawu biodrowego bezcementowy o 2 kątach szyjkowo-trzonowych (127° i 132°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i o szyjce proporcjonalnej – rosnącej wraz z rozmiarami trzpienia (offset dla kąta 127° od 37mm do 54mm, dla kąta 132° od 33mm do 49mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści trzpień protezy stawu biodrowego bezcementowy o 2 kątach szyjkowo-trzonowych (127° i 132°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i o szyjce proporcjonalnej – rosnącej wraz z rozmiarami trzpienia (offset dla kąta 127° od 37mm do 54mm, dla kąta 132° od 33mm do 49mm).

PYTANIE NR 9: Dotyczy: pakietu 2

Ilu rozmiarów i w jakich offsetach trzpieni cementowanych wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga minimum 9 rozmiarów, offsety 35,5mm – 44mm.

PYTANIE NR 10: Dotyczy: pakietu 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie korka dokanałowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowanie korka dokanałowego.

PYTANIE NR 11: Dotyczy: pakietu 3

Ilu minimalnie rozmiarów dla komponentu udowego i piszczelowego wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający wymaga minimum 9 rozmiarów – udo i minimum 8 rozmiarów - piszczel.

PYTANIE NR 12: Dotyczy: do pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga możliwości sródszpikowego osiowania zarówno uda jak i piszczeli

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga możliwości sródszpikowego osiowania zarówno uda jak i piszczeli.



PYTANIE NR 13: Dotyczy: pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga retrakcyjnego i kąтового pomiaru szpary stawowej w zgięciu i wyproście do balansu tkankowego

Odpowiedź Zamawiającego:

Wskazane jest aby była możliwość retrakcyjnego i kąтового pomiaru szpary stawowej w zgięciu i wyproście do balansu tkankowego.

PYTANIE NR 14: Dotyczy: pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga opcjonalnie dostępnego w pełni kompatybilnego systemu rewizyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga opcjonalnie dostępnego w pełni kompatybilnego systemu rewizyjnego.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 30.09.2013 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki