

Milicz, 23.07.2014 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP8/2014**

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy: Pakietu nr 19 – Staplery i ładunki do staplerów:

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwości zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie głowki staplera po dokonaniu zespolenia. Staplery, które chcemy Państwu zaproponować są obecnie dostarczane i używane w Państwa szpitalu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w pakiecie Nr 19 w pozycjach 13,14,15 i 16 równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie głowki staplera po dokonaniu zespolenia.

PYTANIE NR 2: Dotyczy: Pakietu nr 19 – Staplery i ładunki do staplerów:

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycjach od 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych do zamykania na głucho i ładunków do nich oznaczają długość linii szwu staplera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w pakiecie Nr 19 w pozycjach 1-12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych do zamykania na głucho i ładunków do nich oznaczają długość linii szwu staplera.

PYTANIE NR 3: Dotyczy: Zapisów SIWZ p. IV – podpunkt 2 - uwagi e); załącznik nr 6 – magazyn sztaplerów:

Wnosimy o odstąpienie od wymogu postawionego w SIWZ dotyczącego konieczności utrzymywania i uzupełniania przez dostawcę magazynu staplerów (depozytu) na Bloku Operacyjnym Zamawiającego.

Dostawy staplerów do szpitala dokonywane będą jak pozostałych produktów tj. w transzach, wg bieżącego zapotrzebowania szpitala po uprzednim złożeniu zamówienia w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu postawionego w SIWZ dotyczącego konieczności utrzymywania i uzupełniania przez dostawcę magazynu staplerów (depozytu) na Bloku Operacyjnym Zamawiającego.

PYTANIE NR 4: Dotyczy: Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 5, mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek).

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentaliną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 5, wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu 5:

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu leczniczego – gąbki z gentamycyną pakowanej pojedynczo? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, w opisie przedmiotu zamówienia w kolumnie zawartość opakowania Zamawiający wskazał ilość sztuk w opakowaniu (tj.: 1 szt.).

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 19:

Z uwagi na coraz częstsze zastrzeżenia, co, do jakości staplerów niektórych producentów, zwracamy się ponadto z zapytaniem czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przynajmniej 5 publikacji naukowych z użyciem oferowanych staplerów w prasie medycznej, z czego przynajmniej jedną w czasopiśmie o impact factor powyżej 1 w latach 2000 do 2012, które potwierdzają bezpieczne używanie oferowanych staplerów (dotyczy pakietu nr 19)? Pragniemy przypomnieć, że staplery chirurgiczne to trwałe implanty, które pozostają w ciele pacjenta do końca życia i jakość oraz bezpieczeństwo zastosowanych materiałów mają priorytetowe znaczenie. Zamawiający będzie miał wówczas pewność, że oferowane produkty spełniają wysokie wymagania stawiane sprzętowi medycznemu z III grupy ryzyka (najwyższe ryzyko dla sprzętu na trwałe pozostającego w ciele pacjenta).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z ofertą przynajmniej 5 publikacji naukowych z użyciem oferowanych staplerów w prasie medycznej, z czego przynajmniej jedną w czasopiśmie o impact factor powyżej 1 w latach 2000 do 2012, które potwierdzają bezpieczne używanie oferowanych staplerów.

PYTANIE NR 8: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie nr 19 pozycja 1 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm po zamknięciu 1,5mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania w pakiecie Nr 19 w pozycji 1 jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm po zamknięciu 1,5mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 9: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 2 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm po zamknięciu 1,5 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaofierowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 2 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5mm po zamknięciu 1,5mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 10: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 3 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 3 jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 11: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 4 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 4 jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8mm po zamknięciu 2mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 12: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 5 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm po zamknięciu 1,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w pakiecie nr 19 w pozycji 5 wymaga „Staplera jednorazowego liniowego prostego do zamykania na głucho rozmiar 45mm do tkanki cienkiej”.

PYTANIE NR 13: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 6 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w pakiecie nr 19 w pozycji 6 wymaga „Ładunku do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45mm do tkanki cienkiej”.

PYTANIE NR 14: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 7 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w pakiecie nr 19 w pozycji 7 wymaga „Staplera jednorazowego liniowego prostego do zamykania na głucho rozmiar 45mm do tkanki grubej”.

PYTANIE NR 15: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 8 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w pakiecie nr 19 w pozycji 7 wymaga „Ładunku do staplera jednorazowego, liniowego prostego, do zamykania na głucho rozmiar 45 mm do tkanki grubej”.

PYTANIE NR 16: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 9 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm po zamknięciu 1,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 9 jednorazowych automatycznych staplerów liniowych o długości linii szwu 30mm załadowanych ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5mm po zamknięciu 1,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 17: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 10 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5 mm po zamknięciu 1 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 10 jednorazowych ładunków do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki otwartej 2,5mm po zamknięciu 1mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 18: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 11 Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 11 jednorazowych automatycznych staplerów liniowych o długości linii szwu 30mm załadowanych ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm po zamknięciu 2,0mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 19: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 12 Jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 12 jednorazowych ładunków do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm po zamknięciu 2mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.

PYTANIE NR 20: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 13 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 13 jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

PYTANIE NR 21: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 14 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 14 jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 29mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

PYTANIE NR 22: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 15 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w pakiecie nr 19 w pozycji 15 wymaga „Staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z łamaną głowicą rozmiar 31mm”.

PYTANIE NR 23: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 16 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 16 jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.

PYTANIE NR 24: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 17 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). Nóż zintegrowany ze staplerem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 17 jednorazowych staplerów liniowych z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.

PYTANIE NR 25: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 18 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 19 w pozycji 18 jednorazowych staplerów liniowych z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.

PYTANIE NR 26: Dotyczy: Pakietu Nr 19:

W związku z opisem przedmiotu zamówienia uniemożliwiającym nam złożenie skutecznie ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza w:

- Pakiecie 19 pozycja 13, 14, 15 i 16 Zamawiający wymaga staplera okrężnego z łamanym kowadełkiem. W swoich pytaniach proponujemy rozwiązanie pozwalające na dopasowanie wysokości zamknięcia zszywki do indywidualnej grubości tkanek i ich zdolności poddawania kompresji. W przypadku zdecydowania się na rozwiązanie z łamanym kowadełkiem Zamawiający ma do wyboru jedynie dwie wysokości zamknięcia na osobnych instrumentach, w związku, z czym do każdego przypadku musi magazynować po dwa instrumenty (nigdy nie wiadomo czy tkanka będzie cienka, czy gruba), co w konsekwencji zwiększa dwukrotnie stany magazynowe. Skutkuje to podwojeniem kosztów funkcjonowania Apteki Szpitalnej, w której przechowywane są produkty. Należy podkreślić, iż w opisanym w treści SIWZ nie ma możliwości dostosowania wysokości zamkniętej zszywki dla tkanki bardzo cienkiej i bardzo grubej, ponieważ w staplerach tego producenta są tylko dwie możliwości do wyboru (tkanka standardowa i gruba). Może to mieć negatywny skutek w wymiarze medycznym. W staplerach okrężnych Ethicon wysokość otwartej zszywki to 5,5mm – zapewnia to możliwość uformowania prawidłowej linii szwu nawet w przypadku bardzo grubych tkanek. Stapler posiada ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową gumową powłoką, co zwiększa pewność i bezpieczeństwo użytkownika. Stapler Ethicon nie posiada łamanej główki, ponieważ jest to rozwiązanie starego mogące powodować dodatkowe napięcia na linii zespolenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w pakiecie Nr 19 w pozycjach 13,14,15 i 16 równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej główki, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie główki staplera po dokonaniu zespolenia.

PYTANIE NR 27: Dotyczy: Pakietu Nr 7 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40 x 45cm, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 7 dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 40 x 45cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 28 Dotyczy: Pakietu Nr 7 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 80cm, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 8 dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 45 x 80cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 29: Dotyczy: Pakietu Nr 7 poz. 11:

Czy Zamawiający oczekuje chusty trójkątnej włókninowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje chusty trójkątnej włókninowej.

PYTANIE NR 30: Dotyczy: Pakietu Nr 7 poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 45cm, otwór okrągły 8 cm z przylepcem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 12 dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 45 x 45cm, otwór okrągły 8cm z przylepcem.

PYTANIE NR 31: Dotyczy: Pakietu Nr 7 poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 60cm z otworem 8 x 6cm i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 13 dopuści możliwość zaoferowania rozmiaru 50 x 60cm z otworem 8 x 6cm i przylepcem wokół otworu.

PYTANIE NR 32: Dotyczy: Pakietu Nr 7 poz. 13:

Czy zamawiający dopuści rozmiar 90 x 60cm, otwór okrągły 8 cm z przylepcem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 13 nie dopuści możliwości zaoferowania rozmiaru 90 x 60cm, z otworem okrągłym 8cm z przylepcem.

PYTANIE NR 33: Dotyczy: Pakietu Nr 7 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści otwór o średnicy 5cm z przylepcem, pozostałe zgodnie z SIWZ?



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 7 w pozycji 14 dopuści możliwość zaofiarowania otworu o średnicy 5cm z przylepcem, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 34: Dotyczy: Pakietu Nr 8 poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający dopuści opakowania a50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 8 w pozycjach 1,2,3 dopuści możliwość zaofiarowania opakowań a50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 35: Dotyczy: Pakietu Nr 8 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści opakowania a100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 8 w pozycji 7 dopuści możliwość zaofiarowania opakowań a100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 36: Dotyczy: Pakietu Nr 9 poz. 4-6:

Czy Zamawiający dopuści rozciągliwość min. 100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 9 w pozycji 4-6 dopuści możliwość zaofiarowania rozciągliwości min. 100%.

PYTANIE NR 37: Dotyczy: Pakietu Nr 9 poz. 7-11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie elastycznych opasek do mocowania opatrunków w rozmiarach:

poz. 7 – szer. 1 cm

poz. 8 – szer. 2-3 cm

poz. 9 – szer. 4 cm

poz. 10 – szer. 6-8 cm

poz. 11 – szer. 10-14 cm

w stanie rozciągniętym 25m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaofiarowanie w Pakiecie Nr 9 w pozycjach 7-11 elastycznych opasek do mocowania opatrunków w rozmiarach jak powyżej.

PYTANIE NR 38: Dotyczy: Pakietu Nr 10 poz. 1-3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 5 minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaofiarowanie w Pakiecie Nr 10 w pozycjach 1-3 opasek gipsowych o czasie wiązania 5 minut.

PYTANIE NR 39: Dotyczy: Pakietu Nr 10 poz. 7-9:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie opasek podgipsowych pakowanych indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a'12 sztuk, z podaniem ceny za jedną sztukę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowanie w pakiecie 10 w pozycjach 7-9 opasek podgipsowych pakowanych indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a'12 sztuk, z podaniem ceny za jedną sztukę i przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego zaokrąglając ilość opakowań w górę lub dostarczenie wymaganej ilości sztuk pakowanych oddzielnie.

PYTANIE NR 40: Dotyczy: Pakietu nr 11 poz. 14:

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania waty bawełnianej czy bawełniano-wiskozowej?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaofiarowania w Pakiecie Nr 11 w pozycji 14 waty bawełniano-wiskozowej.

PYTANIE NR 41: Dotyczy: Pakietu nr 11 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie kompresów niezawierających nitki RTG pakowanych po 100 sztuk i przewiązanych nitką (10x10)?

Odpowiedź Zamawiającego:



Nie, Zamawiający w Pakiecie Nr 10 w pozycji 17 nie dopuści możliwości zaoferowania kompresów niezawierających nitki RTG pakowanych po 100 sztuk i przewiązanych nitką (10x10).

PYTANIE NR 42: Dotyczy: Pakietu nr 11 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a'50 (5x10) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w Pakiecie Nr 11 w pozycji 17 nie wyraża zgody na możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a'50 (5x10) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 43: Dotyczy: Pakietu nr 11 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 8-warstwowych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający w Pakiecie Nr 11 w pozycji 17 nie wyraża zgody na możliwość zaoferowania kompresów 8-warstwowych, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 44: Dotyczy: projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PYTANIE NR 45: Dotyczy: projektu umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość przedmiotu zamówienia jest opisana zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Ponadto zamawiający przewiduje w SIWZ możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 46: Dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu w § 7 ust. 3 lit b) na: „trzykrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 10 dni od dnia złożenia zamówienia”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu w § 7 ust. 3 lit b).

PYTANIE NR 47: Dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.

PYTANIE NR 48: Dotyczy: projektu umowy:

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymienił w § 7 wzoru umowy.

PYTANIE NR 49: Dotyczy: projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

PYTANIE NR 50: Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2:

Czy dbając o większą konkurencyjność składanych ofert, Zamawiający wydzieli wymienioną wyżej pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 18 pozycji 2 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 51: Dotyczy pakietu nr 18 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową dzianą na całej powierzchni o długości 45 cm, szerokości 1,1 mm, gramatura około 70g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 18 w pozycji 2 taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową dzianą na całej powierzchni o długości 45 cm, szerokości 1,1 mm, gramatura około 70g/m².

PYTANIE NR 52: Dotyczy Pakietu nr 17 poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17, poz. nr 1:

• 16 szt. siatek czteroramiennych do korekcji cystocele, jednorodnych, niewchłaniających, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 17 w pozycji nr 1, 16 szt. siatek czteroramiennych do korekcji cystocele, jednorodnych, niewchłaniających, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8cm, długość ramion: górne 16,5cm każde, dolne 18,5cm każde, szerokość ramion 1,1cm, podstawa górna 5cm, podstawa dolna 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial.

PYTANIE NR 53: Dotyczy Pakietu nr 17 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17, poz. nr 2:

• 13 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, niewchłaniających, jednorodnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84 %, grubość nici 0,08 mm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 17 w pozycji nr 2, 13 szt. taśm, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, niewchłaniających, jednorodnych, długość 45cm, szerokość 1,1cm, porowatość 84 %, grubość nici 0,08mm, grubość taśmy 0,33mm, gramatura 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial.

PYTANIE NR 54: Dotyczy Pakietu nr 18, poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18, poz. nr 1:

• 10 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici, wykonane w technologii quadriaxial ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 18 w pozycji nr 1, 10 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8cm, długość ramion: górne 38cm, dolne 45cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici, wykonane w technologii quadriaxial.

PYTANIE NR 55: Dotyczy Pakietu nr 18 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18, poz. nr 2:

- 10 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłaniających, jednorodnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², nieprasowane termicznie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 18 w pozycji nr 2, 10 szt. taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłaniających, jednorodnych, długość 45cm, szerokość 1,1cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33mm, gramatura 48 g/m², nieprasowane termicznie, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial.

PYTANIE NR 56: Dotyczy: Pakietu nr 15, poz. 1:

Pakiet 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 30 x 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 w pozycji 1 folii operacyjnej w rozmiarze 30 x 27cm.

PYTANIE NR 57: Dotyczy: Pakietu nr 15, poz. 3:

Pakiet 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarze 45 x 57 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w Pakiecie Nr 15 w pozycji 3 folii operacyjnej w rozmiarze 45 x 57cm.

PYTANIE NR 58: Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 12,17:

Pakiet nr 1, pozycja 12, 17

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 12 i 17 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 12 i 17 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 59: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2:

Pakiet nr 7, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych jałowych pakowanych a'1szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 2 kompresów włókninowych jałowych pakowanych a'1szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 60: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2:

Pakiet nr 7, pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 7 pozycji 2 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 61: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 8:

Pakiet nr 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową jałową w rozm. 50 x 70cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 8 serwetę włókninową jałową w rozmiarze 50 x 70cm.

PYTANIE NR 62: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 12:

Pakiet nr 7, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 45x45cm z otworem \varnothing 6cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 12 serwetę jałową w rozmiarze, 45 x 45cm z otworem \varnothing 6cm pod warunkiem, że będzie samoprzylepna.

PYTANIE NR 63: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 13:

Pakiet nr 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem \varnothing 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 13 serwetę jałową w rozmiarze, 50x75 cm z otworem \varnothing 7cm pod warunkiem, że będzie samoprzylepna.

PYTANIE NR 64: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 13,14:

Pakiet nr 7, pozycja 13, 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 13,14 serwetę jałową w rozmiarze, 50x75 cm z otworem w rozmiarze 6x8cm pod warunkiem, że będzie samoprzylepna.

PYTANIE NR 65: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 16-17:

Pakiet nr 7, pozycja 16-17

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy w kolorze cielistym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 7 w pozycjach 16-17 przylepca tkaninowego w kolorze cielistym.

PYTANIE NR 66: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 18-19:

Pakiet nr 7, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 7 w pozycjach 18-19 przylepca tkaninowego.

PYTANIE NR 67: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 23:

Pakiet nr 7, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozm. 6x8cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie 7 w pozycji 23 opatrunku w rozmiarze 6x8cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 68: Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 23:

Pakiet nr 7, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie 7 w pozycji 23 opatrunku pakowanego pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 69: Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1-7:

Pakiet nr 8, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym. Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny. Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą. Wkład chłonny wykonany z wiskozy (80%) i poliestru (20%), powleczony siateczką z polietylenu dzięki czemu zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie 8 w pozycjach 1-7 opatrunek o opisie jak powyżej.

PYTANIE NR 70: Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1-2:

Pakiet nr 8, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'30szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie 8 w pozycjach 1-2 opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'30 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 71: Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 7:

Pakiet nr 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie 8 w pozycji 7 opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'100szt z przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 72: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7-11:

Pakiet nr 9, pozycja 7-11

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa wykonaną z przędzy poliamidowej teksturowanej oraz poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie 9 w pozycjach 7-11 elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa wykonaną z przędzy poliamidowej teksturowanej oraz poliuretanowej przędzy elastomerowej.

PYTANIE NR 73: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7-11:

Pakiet nr 9, pozycja 7-11

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 10mb w stanie spoczynku z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie 9 w pozycjach 7-11 elastyczną siatkę opatrunkową o długości 10mb w stanie spoczynku z przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 74: Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1-3:

Pakiet nr 10, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie 10 w pozycjach 1-3 opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6 minut.

PYTANIE NR 75: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1-3:

Pakiet nr 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 13nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na możliwość zaoferowania w pakiecie 11 w pozycjach 1-3 kompresów gazowych niejałowych 13 nitkowych, 8 warstwowych.

PYTANIE NR 76: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6:

Pakiet nr 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na możliwość zaoferowania w pakiecie 11 w pozycji 6 serwet gazowych w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 77: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 9-10, 12, 16-17, 22-26:

Pakiet nr 11, pozycja 9-10, 12, 16-17, 22-26

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 9-10, 12, 16-17, 22-26 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 11 pozycji 9-10, 12, 16-17, 22-26 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 78: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 16,17:

Pakiet nr 11, pozycja 16, 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pakiecie 11 w pozycjach 16, 17 kompresów gazowych w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 78: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 18:

Pakiet nr 11, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową pakowaną a'2 szt lub a'5szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w pakiecie 11 w pozycji 18 serwety jałowej pakowanej a'2 sztuk lub a'5szt. z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 80: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 18:

Pakiet nr 11, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 17 nitkową 4 warstwową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 w pozycji 18 serwetę jałową 17 nitkową 4 warstwową.

PYTANIE NR 81: Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 20,21:

Pakiet nr 11, pozycja 20, 21

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową pakowaną a'5 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie w pakiecie 11 w pozycjach 20, 21 serwety operacyjnej jałowej pakowanej a'5 sztuk z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 82: Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1:

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład 90x200cm?



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaferowanie w pakiecie 12 w pozycji 1 podkładu 90x200cm.

PYTANIE NR 83: Dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1-3:

Pakiet nr 15, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną rozciągliwą i łatwo dostosowującą się do kształtu ciała pacjenta w jednej części bez możliwości dzielenia, z aplikatorami bocznymi nieodkrywalnymi, z zabezpieczeniem z papieru silikonowanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na zaferowanie w pakiecie 15 w pozycjach 1-3 folii operacyjnej rozciągliwej i łatwo dostosowującej się do kształtu ciała pacjenta w jednej części bez możliwości dzielenia, z aplikatorami bocznymi nieodkrywalnymi, z zabezpieczeniem z papieru silikonowanego.

PYTANIE NR 84: Dotyczy Pakietu 9 poz. 7-11:

- pakietu 9 poz. 7-11:

prosimy o doprecyzowanie rozmiarów siatek elastycznych - czy rozmiary A-E odpowiadają rozmiarom:

A - 1 - rozmiar na palec,

B - 2 - rozmiar na rękę, ramię lub stopę,

C - 3 - rozmiar na nogę dorosłego lub głowę dziecka,

D - 4 - rozmiar na głowę dorosłego lub tułów dziecka,

E - 5 - rozmiar na tułów dorosłego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, rozmiary siatek elastycznych (rozmiary A-E) odpowiadają rozmiarom:

A - 1 - rozmiar na palec,

B - 2 - rozmiar na rękę, ramię lub stopę,

C - 3 - rozmiar na nogę dorosłego lub głowę dziecka,

D - 4 - rozmiar na głowę dorosłego lub tułów dziecka,

E - 5 - rozmiar na tułów dorosłego.

PYTANIE NR 85: Dotyczy Pakietu 8 poz. 1-7:

Pakiet 8 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie samoprzylepnego opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z chłonnej warstwy wiskozowo- poliestrowej, o dobrych właściwościach absorpcyjnych oraz warstwy poliestrowo- polietylenowej, pozostającej w bezpośrednim kontakcie z raną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 8 w pozycjach 1-7 samoprzylepnego opatrunku z warstwą chłonną wykonaną z chłonnej warstwy wiskozowo- poliestrowej, o dobrych właściwościach absorpcyjnych oraz warstwy poliestrowo- polietylenowej, pozostającej w bezpośrednim kontakcie z raną.

PYTANIE NR 86: Dotyczy Pakietu 8 poz. 1:

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 8 w pozycji 1 opatrunku pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 87: Dotyczy Pakietu 8 poz. 2:

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm, bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 8 w pozycji 2 opatrunku w rozmiarze 10 x 15cm, bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 88: Dotyczy Pakietu 8 poz. 3:

Pakiet 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 3 opatrunku bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 89: Dotyczy Pakietu 8 poz. 4:

Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 4 opatrunku bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 90: Dotyczy Pakietu 8 poz. 5:

Pakiet 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 5 opatrunku bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 91: Dotyczy Pakietu 8 poz. 6:

Pakiet 8 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 34 cm, bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 6 opatrunku w rozmiarze 10 x 34cm, bez zaokrąglonych krawędzi, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 92: Dotyczy Pakietu 8 poz. 7:

Pakiet 8 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7 x 5 cm, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 8 w pozycji 7 opatrunku w rozmiarze 7 x 5cm, pakowanego w opakowanie zbiorcze a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

PYTANIE NR 93: Dotyczy Pakietu 3 poz. 16:

Pakiet 3 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra, ponieważ według naszej wiedzy tego rodzaju opatrunek w rozmiarze 23x100cm bez jonów srebra nie jest dostępny na polskim rynku, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie 3 w pozycji 16 opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 94: Dotyczy Pakietu 3 poz. 17:

Pakiet 3 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra w rozmiarze 45x54cm, ponieważ według naszej wiedzy tego rodzaju opatrunek w rozmiarze 45x50cm bez zawartości jonów srebra nie jest dostępny na polskim rynku, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 3 w pozycji 17 opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra w rozmiarze 45x54cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 95: Dotyczy Pakietu 3 poz. 18, 19:

Pakiet 3 poz. 18, 19

Prosimy o dopuszczenie opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber w kształcie rękawiczki zawierającego jony srebra, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 3 w pozycjach 18, 19 opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber w kształcie rękawiczki zawierającego jony srebra, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 96: Dotyczy Pakietu 19:

Pakiet 19

Poz.13

Czy zamawiający dopuści stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną główką rozmiar 26mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 19 w pozycji 13 staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z łamaną główką o rozmiarze 26mm.

PYTANIE NR 97: Dotyczy Pakietu 19:

Pakiet 19

Poz.15.

Czy zamawiający dopuści stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną główką rozmiar 32mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 19 w pozycji 15 staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z łamaną główką o rozmiarze 32mm.

PYTANIE NR 98: Dotyczy Pakietu 19:

Pakiet 19

Poz16.

Czy zamawiający dopuści stapler okrężny wygięty jednorazowy rozmiar 34 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 19 w pozycji 16 staplera okrężnego wygiętego jednorazowego o rozmiarze 34mm.

PYTANIE NR 99: Dotyczy Pakietu 8:

Poz. nr 1-7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania samoprzylepnych opatrunków na rany pooperacyjne pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie 8 w pozycjach 1-7 samoprzylepnych opatrunków na rany pooperacyjne pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 100: Dotyczy Pakietu 8:

Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 35 x 10 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na możliwość zaferowania w pakiecie 8 w 5 samoprzylepnego opatrunku na rany pooperacyjne w rozmiarze 35 x 10cm.

PYTANIE NR 101: Dotyczy Pakietu 9:

Poz. nr 4-6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek elastycznych o składzie: bawełna, poliamid i elastomer? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania w pakiecie 9 w pozycjach 4-6 opasek elastycznych o składzie: bawełna, poliamid i elastomer. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE NR 102:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia §4 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 103:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu postawionego w SIWZ dotyczącego konieczności utrzymywania i uzupełniania przez dostawcę magazynu staplerów (depozytu) na Bloku Operacyjnym Zamawiającego.

PYTANIE NR 104:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) **0.5%** wartości niezrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy**

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 1 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 105:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1

- 2) **0.5%** wartości dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów.**

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 1 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 106:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1

- 3) 10% wartości **brutto niezrealizowanej części umowy** – w razie odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku:
a) 2-krotnego niezrealizowania w terminie zamówienia,
b) 2-krotnego dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 1 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 107:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1

- 4) 10% wartości **brutto niezrealizowanej części umowy** – w razie odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 1 projektu umowy bez zmian.

PYTANIE NR 108: Dotyczy Pakietu nr 19 staplery i ładunki do staplerów:

Czy Zamawiający zezwoli na zaofiarowanie w pakiecie nr 19 w pozycjach odpowiednio 13, 14, 15, 16 staplerów okrężnych z łamaną główką w rozmiarach odpowiednio 24, 26, 29, 32 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrazi zgody na możliwość zaoferowania w pakiecie nr 19 w pozycjach 13,14,15,16 staplerów okrężnych z łamaną główką w rozmiarach podanych jak powyżej.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 28.07.2014 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
M. Kozłowski