

Milicz, 05.09.2014 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP12/2014**

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych w butlach z dzierżawą butli dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1:

Zwracam się z prośbą o zmianę formularza cenowego i wydzielenie poz. 8 jako odrębnego pakietu, ponieważ gaz rozweselający mają tylko 2 firmy w Polsce co tym samym ogranicza możliwość złożenia oferty przez pozostałe firmy i ogranicza Zamawiającemu możliwość otrzymania konkurencyjnych ofert. Gaz ten powinien uwzględniać również dzierżawę nie tylko samej butli, ale i dostawowego osprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 8 jako oddzielny pakiet.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający mając na uwadze czynniki ekonomiczne oraz zasady uczciwej konkurencji dopuści dostawę produktu leczniczego z pozycji Lp. 8 gaz rozweselający w butli o pojemności 11l z zawartością 3,23 m3 gazu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w pozycji nr 8 gaz rozweselający w butli o pojemności 11l z odpowiednim przeliczeniem ceny w taki sposób, aby składane oferty przez innych oferentów mogły być porównywalne.

PYTANIE NR 3:

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga aby oferowany jednorazowy filtr posiadał skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% oraz filtracji wirusowej >99,999%, potwierdzoną kartą produktu?

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający wymaga, aby system zapewniał pacjentce pełne bezpieczeństwo w zakresie ochrony bakteryjnej i wirusowej.

PYTANIE NR 4:

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga aby zawór dozujący tworzył z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby zawór dozujący tworzył z jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. strefę bezdotykową, niewymagającą dezynfekcji.



PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy był powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy był powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

PYTANIE NR 6:

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. strefą dotykowa - czyli podlegającą dezynfekcji.

Bardzo proszę o skonsultowanie powyższego pytania z Epidemiologiem i Mikrobiologiem Szpitalnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy był powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący był skonstruowany w taki sposób, aby niemożliwy był powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

PYTANIE NR 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności serwisowania zaworu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia zastępczego zaworu i ponosił koszty serwisu?

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 5

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga, aby w przypadku konieczności serwisowania zaworu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia zastępczego zaworu i ponosił koszty serwisu.

PYTANIE NR 9:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wózek do przewozu butli z gazem medycznym był przeznaczony na jedną, czy na dwie butle?

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby oferowany wózek do przewozu butli z gazem medycznym był przeznaczony na jedną butle.

PYTANIE NR 10:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenku azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbką”, a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz butlą i nie zmniejsza również jej stabilności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli wyposażonej w kółka.

PYTANIE NR 11:

- wzór umowy

§ 1.

1.Przedmiotem umowy jest dzierżawa butli i dostawa gazów medycznych w butlach wraz z transportem realizowane przez **Wykonawcę** na rzecz Zamawiającego, sklasyfikowane w CPV

Kod CPV – 24111500-0 gazy medyczne, 24111900-4 – tlen, 24112200-4 – tlenki azotu.

2.Przedmiot umowy obejmuje:

- dzierżawę ciągłą (całoroczną), zapewniającą możliwość wymian przez Wykonawcę butli pustych na pełne wg zgłaszanych przez Zamawiającego telefonicznie bądź faksem bądź mailowo, dodatkowo w przypadku dokonywania zamówień telefonicznych, kolejno jego potwierdzenia w powyżej wskazanej formie.

§ 2.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowość dostaw. Wykonawca gwarantuje, że za wyjątkiem przypadków siły wyższej ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie wpłyną na terminowość dostaw.

§ 5.

Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto wyszczególnione w załączniku do niniejszej umowy pozostaną niezmienione przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 niniejszej umowy oraz z zastrzeżeniem zmiany urzędowych cen i marż przewidzianych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

PYTANIE NR 12:

Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ (rozdz. VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ust. 1 Wykaz dokumentów i oświadczeń) wymogu posiadania dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art.28, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz. U. z 2008r., Nr 45, poz.271 ze zm.) oraz charakterystykę produktu leczniczego dotyczy dwutlenku węgla medycznego. Dwutlenek węgla jest wyrobem medycznym a nie produktem leczniczym. Dla wyrobu medycznego wymagane powinny być dokumenty wymienione w rozdz. VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ust.1 Wykaz dokumentów i oświadczeń pkt. 10, 11, 12.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dodaje w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 6 SIWZ po słowach produktu leczniczego słowa: „i wyrobów medycznych”. Ponadto, Zamawiający informuje, że dopuszczenie do obrotu dotyczy gazów będących produktem leczniczym. Natomiast charakterystyka produktów dotyczy wszystkich dostarczanych gazów.

PYTANIE NR 13:

W Załączniku nr 4 do SIWZ inne postanowienia umowy w § 2 ust. 8 prosimy o zmianę terminu ważności 12 miesięcy od daty dostawy dla dwutlenku węgla na 6 miesięcy od daty dostawy. Ten gaz ma termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w §2 doda ust. 9 i 10 w brzmieniu: 9. Termin ważności 12 miesięcy nie dotyczy dwutlenku węgla, 10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony dwutlenek węgla będzie posiadał termin ważności co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia dostawy.

PYTANIE NR 14:

W Załączniku nr 4 do SIWZ inne postanowienia umowy w § 3 ust. 1 pkt 3 prosimy o zmianę na brzmienie: 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy - w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu istotnych postanowień umownych w §3 ust. 1 pkt. 3.

PYTANIE NR 15:

W Załączniku nr 4 do SIWZ inne postanowienia umowy w § 3 ust. 1 pkt 4 prosimy o zmianę na brzmienie:) 20% wartości przekazanej wierzytelności - w razie naruszenia postanowień § 6 niniejszej umowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu istotnych postanowień umownych w §3 ust. 1 pkt. 4.

PYTANIE NR 16:

W Załączniku nr 4 do SIWZ inne postanowienia umowy w § 4 ust. 1 prosimy o zmianę na brzmienie: Za odebraną partię asortymentu potwierdzoną przez Zamawiającego na dokumentach dostawy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy należność przy zachowaniu cen określonych w załączniku nr 1 do umowy p.n. „Formularz asortymentowo- cenowy”, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu istotnych postanowień umownych w §4 ust. 1.

PYTANIE NR 17:

W Załączniku nr 4 do SIWZ inne postanowienia umowy w § 4 ust. 1 prosimy o zmianę na brzmienie: Należność, o której mowa w ust. 1, płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu istotnych postanowień umownych w §4 ust. 1.

PYTANIE NR 18:

Prosimy o podanie do jakich zabiegów będzie używany dwutlenek węgla laparoskopii czy do krioterapii?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający informuje, że dwutlenek węgla używany będzie do zabiegów laparoskopii.

PYTANIE NR 19:

Czy Zamawiający wymaga na tlen butli 2 litrowych aluminiowych pełnionych pod ciśnieniem 200 bar ze zintegrowanym zaworem reduktorem, regulatorem przepływu, gniazdem na szybkozłączkę typ: [AGA], wtykiem prostym na przewód tlenowy, manometrem aktywnym - uwidaczniającym poziom napełnienia butli przy zamkniętych wszystkich zaworach i regulatorach i zaworem zamykającym wypływ gazu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga butli 2 litrowych ze zintegrowanym zaworem reduktorem, regulatorem przepływu, gniazdem na szybkozłączkę typ: [AGA], wtykiem prostym na przewód tlenowy, manometrem aktywnym - uwidaczniającym poziom napełnienia butli przy zamkniętych wszystkich zaworach i regulatorach i zaworem zamykającym wypływ gazu.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 12.09.2014 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.