

Milicz, 25.03.2014 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP3/2014

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu w ramach programu pn.: „ Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar A.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 1 falę uderzeniową o intensywności 1-5 Bar, częstotliwości 1 – 20 Hz, ponad 30 programach zabiegowych, z dołączoną książką o terapii falą uderzeniową z opisem sposobu dokonywania terapii urządzeniem, z wyświetlaczem dotykowym, kolorowym o rozdzielczości 320x340, z aplikatorem w postaci wygodnego pistoletu z systemem amortyzacji wstrząsów przekazywanych terapii, z głowicami 9, 15 i 36mm, o wymiarach 40x42x110cm i wadze 42kg. Urządzenie to posiada kółka jezdne zapewniające bardzo łatwe przemieszczanie urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji numer 1 fali uderzeniowej o intensywności 1-5 Bar, częstotliwości 1 – 20 Hz, ponad 30 programach zabiegowych, z dołączoną książką o terapii falą uderzeniową z opisem sposobu dokonywania terapii urządzeniem, z wyświetlaczem dotykowym, kolorowym o rozdzielczości 320x340, z aplikatorem w postaci wygodnego pistoletu z systemem amortyzacji wstrząsów przekazywanych terapii, z głowicami 9, 15 i 36mm, o wymiarach 40x42x110cm i wadze 42kg.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 2 wirówkę o wymiarach 1440x720x980 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 wirówkę o wymiarach 1440x720x980 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 3 wirówkę wykonaną z włókna szklanego, które jest znacznie łatwiejsze w naprawie i utrzymaniu, trwalsze i dostępne w bardzo szerokiej gamie kolorów z palety RAL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji numer 3 wirówki wykonanej z włókna szklanego.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 3 wirówkę o innej ilości stabilnych, podgumowanych nóżek? Większa liczba znacząco wpływa na poprawę stabilności konstrukcji.


Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 3 wirówkę o innej ilości stabilnych, podgumowanych nóżek.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 3 wirówkę o poborze mocy 1,1 kW, pojemnościach roboczych 36l i 28l (jest to pojemność wystarczająca do przeprowadzenia zabiegów terapeutycznych, zarazem pozwalająca na oszczędności w czasie użytkowania urządzenia), wymiarach 950x1100x1070 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:



Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji numer 3 wirówki o poborze mocy 1,1kW, pojemnościach roboczych 36l i 28l, o wymiarach 950x1100x1070mm.

PYTANIE NR 6:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 10 aparat o takich samych parametrach technicznych, różniący się nieco wyposażeniem i cechami jak ten opisany w SIWZ, tj.:

Aparat do elektroterapii dwukanałowy

Elektroterapia prądami – diadynamicznym, KOTZA, TENS, faradycznym, niskiej częstotliwości MUSCLE, prądy stosowane do jonoforezy IONO, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemeck'a, prądy stosowane w stymulacji urologicznej

Bank gotowych programów terapeutycznych – ponad 120

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP, LP)

Kartoteka pacjenta zawierająca:

Dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu, spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia z do zabiegu z kartoteki pacjenta

Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Zegar zabiegowy

Regulacja natężenia prądu

Komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści w pozycji numer 10 aparatu do elektroterapii dwukanałowej opisanego jak powyżej.

PYTANIE NR 7:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji numer 11 dopuści aparat konkurencyjny cenowo, o wyższych parametrach zabiegowych niż ten w SIWZ, opisany poniżej:

Aparat do terapii ultradźwiękowej

Tryb pracy – ciągła, impulsowa

Zegar zabiegowy 30 minut

Przenośny

Kontrola sprzęgania głowicy z powierzchnią zabiegową poprzez diodę LED

1 głowica dwuczęstotliwościowa 1 MHz/3,2MHz, 5cm²

Głowica z możliwością pracy w środowisku wodnym

Duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz

częstotliwość modulacji 10,20,50 % cyklu pracy

Waga 1,7 kg

Maksymalna moc wyjściowa 11W przy 5 cm²

Wymiary 34,3 cm x 24,1cm x 17,8 cm (dł x szer x wys)

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji nr 11 aparat konkurencyjny cenowo, o wyższych parametrach zabiegowych niż ten w SIWZ, opisany jak powyżej.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 28.03.2014 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

P R E Z E S
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki